


<b>Dodávateľ</b> IČO: 31582711 AUDIOSCAN, s.r.o. Nad plážou 33 974 01 Banská Bystrica Prevádzka: Tel.: 048/4134652 Fax.: 048/4134652 Peňažný ústav: VÚB Banská Bystrica Číslo účtu/kód: 1225242312/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0012 2524 2312 DIČ: 2020453611 Stredisko: IČ DPH: SK2020453611 SWIFT: SUBASKBX Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo: 1107/S	<b>FAKTÚRA č. 2020114</b> Konštantný symbol: 308																																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 37971832 Špecializovaná nem. sv.Svorada Zobor n.o. Kláštorská 134 949 88 NITRA Tel.: Fax: DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792																																																																																
Číslo účtu: 24-37-000 Číslo účtu: 24-37-000 Číslo účtu: 24-37-000																																																																																	
Dátum splatnosti: 31-07-2020 Dátum vyhotovenia: 16.07.2020 Daňová povinnosť: 16.07.2020 Dátum dodania: 16.07.2020																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Fakturujeme Vám</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servis USG prístroja TOSHIBA</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>230,00</td> <td>20,00</td> <td>46,00</td> <td></td> <td>276,00</td> </tr> <tr> <td>TUS-A500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">                     Informatívna čiastka celkom : 8 314,78 SKK                      Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK                 </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">230,00</td> <td style="text-align: center;">46,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">276,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">230,00</td> <td style="text-align: center;">46,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">276,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	<b>Fakturujeme Vám</b>								Servis USG prístroja TOSHIBA		1,000	230,00	20,00	46,00		276,00	TUS-A500											Základ DPH			DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 8 314,78 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				0,00	0,00		0,00					230,00	46,00		276,00					0,00			0,00					0,00			0,00					230,00	46,00		276,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																										
<b>Fakturujeme Vám</b>																																																																																	
Servis USG prístroja TOSHIBA		1,000	230,00	20,00	46,00		276,00																																																																										
TUS-A500																																																																																	
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 8 314,78 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				0,00	0,00		0,00																																																																										
				230,00	46,00		276,00																																																																										
				0,00			0,00																																																																										
				0,00			0,00																																																																										
				230,00	46,00		276,00 EUR																																																																										
 AUDIOSCAN, s.r.o. Nad plážou 33 974 01 BANSKÁ BYSTRICA Tel./fax: 048/4134652 <i>Cdp</i>																																																																																	
Vystavil: +ííí																																																																																	

# Protokol o vykonaní periodickej prehliadky ultrazvukového systému

Zákazník: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
 Miesto: Nitra  
 Typ prístroja: TUS A500  
 Technik: Ing. Turan Dušan

Oddelenie: RDG  
 Výrobné číslo: WAB1582390  
 Dátum kontroly: 16.7.2020

Obsah kontrolného úkonu	Poznámka	Výsledok
Čistenie	Ventilátory	V
	Vnútrajšok	V
	Filtre	V
	Ostatné	V
Mechanická bezpečnosť	Kolieska	V
	Panel	V
	Monitor	V
	Pripevnené prístroje	V
	Ostatné časti	V
Zobrazenie a nastavenie prístroja, kontrola tlačie		V
Kontrola sond	Typ PVT-375BT Mech.	V
	v.č. FDA1584345 Zobr.	V
	Typ PLT-1005BT Mech.	V
	v.č. FMA1592443 Zobr.	V
	Typ PST-25BT Mech.	V
	v.č. TDA1566665 Zobr.	V
EKG	Typ PVT-712BT Mech.	V
	v.č. 99A1323444 Zobr.	V
Elektrická bezpečnosť	Odpor ochranného vodiča	Dostupná časť 0,15 Ω Limit <0,3Ω Vyrovnávacia svorka 0,14 Ω
	Izolačný odpor	Sieť - dostupná časť >20 MΩ Limit >0,5MΩ
	Sonda	Izolačný odpor : sieť - príložná časť >20 MΩ Limit >0,5MΩ
	Typ PVT-375BT	Unikajúci prúd : sieť-príložná časť N+R 0,001/0,001 mA Limit <0,5mA
	v.č. FDA1584345	Unikajúci prúd : prístupná-príložná časť 0,029 mA Limit <0,5mA
	Sonda	Izolačný odpor : sieť - príložná časť >20 MΩ Limit >0,5MΩ
	Typ PLT-1005BT	Unikajúci prúd : sieť-príložná časť N+R 0,001/0,001 mA Limit <0,5mA
	v.č. FMA1592443	Unikajúci prúd : prístupná-príložná časť 0,028 mA Limit <0,5mA
	Sonda	Izolačný odpor : sieť - príložná časť >20 MΩ Limit >0,5MΩ
	Typ PST-25BT	Unikajúci prúd : sieť-príložná časť N+R 0,001/0,001 mA Limit <0,5mA
	v.č. TDA1566665	Unikajúci prúd : prístupná-príložná časť 0,026 mA Limit <0,5mA
	Sonda	Izolačný odpor : sieť - príložná časť >20 MΩ Limit >0,5MΩ
	Typ PVT-712BT	Unikajúci prúd : sieť-príložná časť N+R 0,001/0,001 mA Limit <0,5mA
	v.č. 99A1323444	Unikajúci prúd : prístupná-príložná časť 0,027 mA Limit <0,5mA
	EKG	Izolačný odpor : sieť - príložná časť >20 MΩ Limit >0,5MΩ
	Typ	Unikajúci prúd : sieť-príložná časť N+R 0,016/0,016 mA Limit <0,5mA
	v.č.	Unikajúci prúd : prístupná-príložná časť 0,122 mA Limit <0,5mA
	Unikajúci prúd : sieť-prístupná časť N+R	
Použitý merací prístroj : MEDITEST 50 v.č. :204 014 (Výsledok : V-vyhovel, N-nevyhovel)		
Výsledok merania:	Meraný prístroj	V
	Sondy	V
		Dátum budúcej kontroly: VII.2021
Poznámka:		

Parametre prístroja sa zhodujú s parametrami predpísanými výrobcou Toshiba



**AUDIOSCAN, s.r.o.**

Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica,  
oddiel: Sro, vložka číslo 1107/S  
IČO: 31582711, IČ pre DHP: SK2020453611  
DIČ: 2020453611

Lekárske prístroje **TOSHIBA / Casio**  
Nad plážou 33, 974 01 Banská Bystrica  
tel./fax: 048/413 46 52  
www.audioscan.sk e-mail: audioscan@bystrica.sk

**SERVISNÝ VÝKAZ číslo: SK**

Organizácia: <b>ŠH SV. SVORANA</b>	Číslo objednávky: <b>2020-871024-T</b>
Adresa: <b>LITTA</b>	Zo dňa: <b>13. VII. 2020</b>
Kontaktná osoba: <b>ING. PAUL BIAHOUSKY</b>	Typ zariadenia: <b>TUS-A500</b>
Telefón:	Sériové číslo:
Oddelenie: <b>KARPO</b>	
Dôvod návštevy: <b>SERVIS US</b>	Stav počítadla:

- Činnosť:**
- PRAVIDELNÁ PREVENTÍVNA PREHLIADKA PO 600 MOP. OTYKOSŤ
  - VYČISTENIE OD PRACHU A NEČISTÔT
  - KONTROLA STAVU / FUNKČNOSTI: SONDY, MOKLTOZ, OVLÁDAC. PRÍJEMNÍK, MECHANICKE ČASTI US.
  - KONTROLA ELEKTRICKEJ BEZPEČNOSTI
  - NASTAVENIE MERANÍ PODLA DOPORUČENÍ PETRY LABS (DOP. ÚP)
  - BACK UP ; BACK UP C: + S: ; AEROLIS BACKUP 2x HARD
  - KONTROLA FUNKČNOSTI VO VŠETKYCH TIEŽENIACH
- ⇒ US TUS-A500 JE PLNE FUNKČNÉ A PARAMETRE SA ZHODNÚ S US-DOCU

Poznámka:

Namerané hodnoty:		
Použitý materiál:		
ks	názov	poznámka

demo  inštalácia  záruka  zmluva  objednávka

Technik	dátum	začiatok	koniec	počet hodín	počet najazdení
<b>TURAKI</b>	<b>16. VII. 2020</b>	<b>09:00</b>	<b>11:00</b>	<b>2 Hod</b>	<b>A30 + A500</b>
				<b>05:00</b>	<b>260 Kč 270 = 70</b>

Potvrdenie zákazníka \_\_\_\_\_ Podpis technika **TURAKI**

Specializovaná firma  
TV. Svorana Z...  
943 65 N...  
-5-