

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Nemocnica podporujúca zdravie
Výučbová základňa
Slovenskej zdravotníckej univerzity



INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Poštová adresa: Kláštorská 134
Mesto: Nitra
PSČ: 949 01
IČO: 37971832

Kontaktná osoba: Daniela Gažová
E-mail: gazova@snzobor.sk, telefón: 037/6941384

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: „Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om“

Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná vybraným uchádzačom/záujemcom cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády 7.8.2024.

Vybraní uchádzači:

1. SIEMENS Healthineers, s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
2. GUTTA Slovakia, spol. s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava
3. MEDIXRAY s.r.o., Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.

Výsledok vyhodnotenia a poradie uchádzačov po ukončení vyhodnotenia ponúk:

Por. č	Uchádzač	Cena bez DPH	Poradie
1.	SIEMENS Healthineers, s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava		ponuku nedoručili
2.	GUTTA Slovakia, spol. s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava		ponuku nedoručili
3.	MEDIXRAY s.r.o., Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín	110 900,00 € bez DPH	1.

Komisia odporučí verejnému obstarávateľovi ŠN sv. Svorada Zobor, n. o., aby akceptoval ponuku úspešného uchádzača MEDIXRAY s.r.o., Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín ktorý ako jediný predložil ponuku 110 900,00 € bez DPH za celý predmet zákazky a uzatvoril s úspešným uchádzačom zmluvu.

V Nitre: 19.8.2024

Kláštorská 134, 949 88 Nitra–Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616
sekretariat@snzobor.sk, www.snzobor.sk, IČO: 37971832



*Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Nemocnica podporujúca zdravie
Výučbová základňa
Slovenskej zdravotníckej univerzity*



Health
Promoting
Hospitals



**Správa o zákazke v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

Predmet zákazky: „Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om“

Druh zákazky: Tovar

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.,
Kláštorská 134, 949 01 Nitra
IČO: 37971832

Predpokladaná hodnota zákazky: 139 235,00 € bez DPH

Konečná hodnota zákazky: 110 900,00 € bez DPH

Použitý postup zadávania zákazky: podlimitná zákazka bez zverejnenia vo Vestníku, § 108

Dátum uverejnenia oznámenia/výzvy na predkladanie ponúk:

Výzva na predkladanie ponúk bola vybraným uchádzačom/záujemcom odoslaná elektronicky dňa 7.8.2024 cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády SR.

Identifikácia vybraných uchádzačov/záujemcov a odôvodnenie ich výberu:

SIEMENS Healthineers, s.r.o, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava

GUTTA Slovakia, spol. s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava

MEDIXRAY s.r.o., Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín

Identifikácia uchádzačov/záujemcov, ktorí doručili cenové ponuky:

MEDIXRAY s.r.o., Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín

Identifikácia vylúčených uchádzačov/záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: neuplatnilo sa

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: neuplatnilo sa

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:
Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť:

MEDIXRAY s.r.o., Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín

Odôvodnenie úspešnej ponuky uchádzača:

Uchádzač predložil v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako jediný ponuku, ktorú komisia akceptovala a odporučí riaditeľovi ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom.

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616
sekretariat@snzobor.sk, www.snzobor.sk, IČO: 37971832

Podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám (a ich identifikácia), ak sú známi: neuplatňuje sa

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávanie koncesie podľa § 101 ods. 2: neuplatňuje sa

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k): neuplatňuje sa

Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: neuplatnilo sa
Predkladanie ponúk, vysvetľovanie, komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi prebiehala elektronicky cez certifikovaný systém EVO Úradu pre verejné obstarávanie

Zistený konflikt záujmov a následne prijaté opatrenia:

Konflikt záujmov nebol zistený, posúdený bol vo vzťahu zodpovedného zamestnanca za priebeh výberu dodávateľa členov komisie pre vyhodnocovanie ponúk. Protokol zo skúmania konfliktu záujmov a kolúzneho správania je založený v dokumentácii verejnej súťaže.

Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov/uchádzačov do prípravy postupu verejného obstarávania – prípravné trhové konzultácie: neaplikovalo sa

Odôvodnenie zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: neuplatnilo sa – zákazka bude ukončená uzavretím zmluvy s víťazným uchádzačom.

SK e-gov



(/evoportal/sk-sk/Public/Home/Index)

Menu

(https://www.isepvo.sk/wp-content/uploads/2022/03/manual_obstaravatel.pdf) Serverový čas: 20.08.2024 10:08:15 ver. 18.0

< SPÄŤ

Komunikácia

Správa bola odoslaná

Názov zákazky:

Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja
kompatibilného s PACS-om

Názov obstarávateľa:

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.

Vec (upraviť podľa potreby)

Komunikácia - šablóna

Zoznam hospodárskych subjektov

Vybrať

Názov hospodárskeho subjektu


IČO



Medixray s.r.o.

34109188

Text správy



Vážení uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky:

"Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om"

pre našu nemocnicu ste so svojou ponukou 110 900,00 € bez DPH **boli úspešní.**

Na základe Vašej úspešnosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa skontaktovali s Ing. Blahovským, za účelom uzavretia zmluvy na dodanie a montáž digitálneho RTG prístroja.

Zmluvu je možné podpísať najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

S pozdravom

D. Gažová

Prílohy

ID	Názov prílohy	Veľkosť [bajty]	Typ	↓
Neboli nájdené žiadne záznamy				

↓ VŠETKY SÚBORY

Odkazy

uvo.gov.sk

(<https://www.uvo.gov.sk/>)

vlada.gov.sk

(<https://www.vlada.gov.sk/>)

slov-lex.sk

(<https://www.slov-lex.sk/>)

crz.gov.sk

(<https://www.crz.gov.sk/>)

Menu

[O systéme](#)

(<https://www.isepvo.sk/o-systeme/>)

[Najčastejšie otázky](#)

(<https://www.isepvo.sk/najcastejsie-otazky/>)

[Príručky](#)

[Školenia](#)

(<https://www.isepvo.sk/kurzy-a-skolenia/>)

[Aktuality](#)

(<https://www.isepvo.sk/aktuality/>)

Adresa

Úrad vlády
Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



SN: sv. Zbor, n. o. Nitra	Datum
- 3. 09. 2024	
Číslo objednávky	Číslo spravy
Prílohy	Výsledok

KÚPNA ZMLUVA č. 01/2024

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I Zmluvné strany

Obchodné meno: **Špecializovaná nemocnica**

sv. Zbor, n.o.

Obchodný register:

Zastúpená:

Sídlo spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaná : Krajský úrad v Nitre, OVVS/NO-42/2004

MUDr. Plamen Kabaivanov – riaditeľ

Kláštorská 134, 949 88 Nitra

37971832

2021877792

SK2021877792

037/ 6941 227

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK07 0900 0000 0002 3270 6854

web:

<https://www.szobor.sk>

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Medixray s.r.o.,

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zastúpený:

Zapísaný:

Číslo účtu IBAN:

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

34109188

2020388634

SK2020388634

Miloš Kadlec, konateľ

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 45786/R

SK3375000000004023613481, ČSOB

Miloš Kadlec

0905 506 656

milos.kadlec@medixray.sk, office@medixray.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

- Zmluva je výsledkom súťaže vyhlásenej kupujúcim ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, na obstaranie podlimitnej zákazky Dodávka digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om.
- Kúpna cena za Predmet plnenia bude financovaná z vlastných zdrojov Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zbor n.o., prostredníctvom leasingovej spoločnosti.

**Čl. III.
Predmet zmluvy**

1. Predmetom Zmluvy je dodanie:

Č. p.	Názov	Množstvo
1.	Digitálny RTG prístroj MOVIPLAN IC kompatibilný s PACS-om	1 ks

(ďalej tiež spoločne ako „tovar“) vrátane dopravy na miesto dodania, inštalácie, testovania, uvedenia do prevádzky a vykonania preberacej skúšky, skúšky dlhodobej stability, preukázania funkčnosti, CE certifikátov, manuálu a potrebnej dokumentácie s popisom technických parametrov v slovenskom alebo českom jazyku a zaškolenia obsluhy, programovania a údržby verejného obstarávateľa (ďalej tiež len „Predmet plnenia“) predávajúcim, prevzatie predmetu plnenia a zaplataenie dohodnutej zmluvnej ceny kupujúcim.

2. Pri dodávke a inštalácii nie sú prípustné žiadne stavebné úpravy jestvujúcich priestorov.
3. Súčasťou zmluvy je aj odborné odinštalovanie pôvodného RTG systému X-TWIN, jeho doprava do priestorov spoločnosti Medixray s.r.o. a vydanie protokolu o prevzatí systému.
4. V prípade, že školenia budú vykonané v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, predávajúci zabezpečí v cene zariadenia tlmočenie do slovenského jazyka.
5. V prípade, ak bude na riadne užívanie Predmetu plnenia nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva predávajúceho alebo tretej osoby predávajúci zabezpečí, že kupujúci nadobudnutím vlastníctva k Predmetu plnenia získa aj všetky oprávnenia a licencie na takého práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene Predmetu plnenia.
6. Podrobná špecifikácia Predmetu plnenia tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

**Čl. IV.
Cena a platobné podmienky**

1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný Predmet plnenia zmluvnú cenu (ďalej „zmluvná cena“):

Názyv položky	Množstvo	Podniková cena vrátane DPH (21%)	DPH (21%)	Cena celkom vrátane DPH
Digitálny RTG prístroj kompatibilný s PACS-om	1 ks	110 900,-	22 180,-	133 080,-

2. Kupujúci neposkytuje za Predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky zo zmluvnej ceny.
3. Nárok na zaplataenie zmluvnej ceny za dodanie plnenia špecifikovaného v článku III. tejto Zmluvy vznikne predávajúcemu riadnym dodaním Predmetu plnenia v súlade s článkom IV. tejto Zmluvy vrátane súvisiacich služieb, a to v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou.
4. Podklodom k vystaveniu a úhrade faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru minimálne v dvoch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia Predmetu plnenia kupujúcim.
5. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom pripísania príslušnej sumy v prospech účtu predávajúceho.

6. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
- bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód),
- číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),
- názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
- poradové číslo faktúry,
- dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
- sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
- výšku dane spolu v mene EUR,
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
- číslo a názov zmluvy,

ČI. V.

Miesto dodania

1. Miesto dodania predmetu zákazky: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra.

ČI. VI.

Lehota dodania

1. Termín plnenia: zariadenie bude dodané **do 60 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

ČI. VII.

Záruka

1. Záruka na predmet plnenia uvedený v článku III. tejto zmluvy je 24 mesiacov.
2. Počas 24 mesačnej záruky budú vykonané preventívne prehliadky zariadenia ročne, v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.
3. Poskytovanie záručného servisu s nástupom na odstránenie vady do 48 hodín od jej nahlásenia na telefónne číslo 0905 637 161 a následne emailom service@medixray.sk
4. Pri neodstránení vady do 7 dní od nahlásenia vady (poruchy na rtg prístroji) má právo kupujúci penalizovať dodávateľa a to vo výške preukázateľnej straty spôsobenej nefunkčnosťou prístroja.
5. Garancia poskytovania pozáručného servisu a dodávok opotrebitelných dielov po dobu min. 10 rokov po skončení záručnej doby. Služby pozáručného servisu a dodávky náhradných dielov mimo rámca zaručeného servisu nie sú predmetom tejto zákazky

ČI. VIII.

Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody

1. Za omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu plnenia alebo jeho časti má kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.

2. Za omeškanie kupujúceho so zaplacením zmluvnej ceny má predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. IX

Odstúpenie od Zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto časti zmluvy, najmä neodovzdanie predmetu Zmluvy v zmysle dohodnutých podmienok riadne, včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok.
2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí zmluvnú cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok.
3. Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy oprávneným účastníkom Zmluvy druhému účastníkovi Zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.
3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
4. Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia Zmluvy a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie.
6. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoimi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Za kupujúceho

V Nitre, dňa 04.09.2024

Specializovaná nemocnica
sú. Svorada Zobor, n.o.
49 86 Nitra
-1-

MUDr. Plamen Kabaivanov
riaditeľ

Za predávajúceho

V Trenčíne dňa 04.09.2024

MEDIXRAY

Čintorínska 10X

911 01 Trenčín

IČO: 34109188, IČ DPH: SK2020388634



Miloš Kadlec, konateľ MEDIXRAY s.r.o.

Prílohy: č.1 - Špecifikácia predmetu plnenia

11/02

Príloha č.1 kúpnej zmluvy č./2024 – Špecifikácia predmetu plnenia

Digitálny RTG prístroj s montážou do podlahy		Parameter	Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa ano/nie resp. uviesť konkrétny parameter
Dodávateľ (obch.názov):	Medixray s.r.o.		
Adresa podnikania:	Cintorínska 45, 911 01, Trenčín		
IČO:	34 109 188		
Názov produktu:	Moviplan IC		
Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná	áno	ano	
1. Technická špecifikácia			
RTG systém montovaný na zem	áno	áno	
Otáčací stĺp s RTG žiarčkom, elevačný stôl s vysokou nosnosťou, vertikálny statív	áno	áno	
Motorizovaný pohyb RTG statívu (horizontálny/vertikálny) vrátane automatického centrovania RTG lampy na detektor v stole aj vo	áno	áno	
Možnosť otočenia RTG statívu okolo vlastnej osi v rozsahu 0 až 180 stupňov	ano	ano	
Pacientský stôl s plávajúcou doskou. Minimálne rozmery dosky stola:	220 x 80 cm	230 x 85 cm	
Požadovaný rozsah pohybu plávajúcej dosky stola v pozdĺžnom smere:	1200 mm (\pm 600 mm)	1200 mm (\pm 600 mm)	
Požadovaný rozsah pohybu plávajúcej dosky stola v priečnom smere:	260 mm (\pm 130 mm)	260 mm (\pm 130 mm)	
Požadovaná nosnosť stola v zaparkovanej polohe:	320 kg	375 kg	
Požadovaná nosnosť stola pre eleváciu:	250 kg	250 kg	
Motorizovaný zdvih RTG stola v rozsahu min 40 cm.	ano	ano	
Vertikálny statív s pevne zabudovaným alebo vyberateľným detektorom s aktívnou plochou	min. 42 x 42 cm	min. 42 x 42 cm	
Vzdialenosť centrálného lúča od podlahy pre vertikálny statív v min. rozsah	38 - 200 cm	38 - 200 cm	
Minimálna požadovaná dĺžka vertikálneho pohybu bucky vo vertikálnom statíve	165 cm	169 cm	

VF generátor		
Výkon generátora	min. 65 kW	65 kW
Napájanie 400/480 V ± 10% trojfázové	ano	ano
Rozsah kV	40 - 150 kV v 1 kV krokoch	40 - 150 kV v 1 kV krokoch
Rozsah mAs	10 - 1000 mAs	10 - 1000 mAs
Rožadovaný počet anatomických programov	min. 1000	1024
Rozsah expozičných časov min.	0,001 - 6 sekund	0,001 - 6 sekund
RTG žiarič	áno	ano
Malé ohnisko s max. veľkosťou 0,6 mm	áno	ano
Veľké ohnisko s max. veľkosťou 1,3 mm	áno	ano
Priečny pohyb RTG žiariča v rozsahu min 250 mm (+/- 125 mm)	áno	ano
Tepelná kapacita anódy RTG anódy	min. 300 kHU	300 kHU
Rýchlosť otáčok anódy	min. 2500 otáčok/minútu	2500 ot/min
Automatický kolimátor	áno	ano
Vnútomá filtrácia min. 2 mm hliníka	áno	ano
Zdroj svetla - LED	áno	ano
Ďalšie príslušenstvo: meracie pásmo, laserový zameriavací kríž	áno	ano
DAP meter - merač dopadovej dávky	áno	ano
AEC - automatická kontrola expozície s tromi meracími komorami	áno	ano
Detektor wi-fi - v stole	áno	ano
Aktívna plocha vyberateľného detektora (v pacientskom stole)	min. 43 x 43 cm	43x54
Požadované rozlíšenie detektora	3,5 lp/mm	3,5 lp/mm
Veľkosť pixelu	max. 148 µm	148 µm

Bitová hĺbka	min. 16 bit	16 bit
DQE detektora v stole	min. 65 %	65%
Zaťaženie detektora plošne	min. 150 kg	viac ako 150 kg
Zaťaženie detektora bodovo	min. 100 kg	100 kg
Automatické nabíjanie Wi-Fi detektora v stole	áno	áno
Výdrž batérie detektora	min. 200 snímok	viac ako 200 snímok
Vyberateľný detektor musí mať rukoväť pre bezpečnejšiu manipuláciu s detektorom pri umiestňovaní detektora pod pacienta, prípustný je aj obal detektora s rukoväťou	áno	áno
Čas zobrazenia snímok bezprostredne po akvizícii (náhľad) u oboch detektorov	max. 4 sekundy	4 sek.
Čas zobrazenia snímok bezprostredne po akvizícii (full image) u oboch detektorov	max. 8 sekúnd	8 sek.
Detektor pevne zabudovaný - vo vertikálnom stative	Ano	ano
Aktívna plocha pevne zabudovaného detektora	min. 43 x 43 cm	43 x 43 cm
Požadované rozlíšenie detektora	min 3.5lp/mm	3.5lp/mm
Veľkosť pixelu	max. 148 µm	148 µm
Bitová hĺbka	min. 16 bit	16 bit
DQE detektora v stole	min. 65 %	65%
Antirozptylová mriežka pevná alebo oscilačná	áno	ano
Musí mať možnosť snímkovania bez použitia mriežky	áno	ano
Dotykový displej pre ovládanie RTG prístroja umiestnený priamo na držiaku žiarica	min. 8"	8,4 "
Všetky parametre snímkovania vrátane prídavnej filtrácie musia byť volené automaticky na základe klinického protokolu	áno	ano
Ostatné požiadavky		
Počet APR (anatomických programov)	min. 100	1024

Kapacita úložiska akvizíčnej stanice	min. 10 000 snímkov	viac ako 10 000
Dotykový farebný monitor akvizíčnej stanice	min. 24"	24" full HD
Svietivosť monítora akvizíčnej stanice	min. 250 cd/m ²	250 cd/m ²
Operačný systém akvizíčnej stanice min. Windows 10 Professional, alebo Linux alebo ekvivalent	áno	ano
RAM akvizíčného PC	min. 16 GB	16 GB
SSD akvizíčného PC	min. 500 GB	500 GB
Príslušná grafická karta	áno	áno
Intercom	áno	áno
Automatické meranie dávky	áno	áno
DICOM výbava: Send/StC, print, Query/Retrieve, Worklist/MPPS, Dose Structured Report	áno	áno
Integrácia do existujúceho PACS systému (Tomocan)	áno	áno
Sťahovanie softvérových aktualizácií, ako napríklad aktualizácie kybernetickej bezpečnosti na diaľku alebo za prítomnosti technika, UPS min 1500W	áno	áno
2. Školenie		
Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu minimálne však v trvaní dvoch dní, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia	áno	ano
3. Osobitné požiadavky na plnenie		
Požadujeme predložiť do dvoch týždňov od účinnosti kúpnej zmluvy technologický projekt	áno	ano
Dodávateľ zabezpečí s relevantnú dokumentáciu nevyhnutnú k inštalácii zariadenia; východiskové revízie hlavných prívodov elektrickej energie; protokol o skúške zdroja ionizujúceho žiarenia; rozvádzač k RTG podľa platnej legislatívy	áno	ano
4. Plán natočenia a údržby zariadenia		

Záručná doba	min. 24 mesiacov	24 mesiacov
Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom	áno	ano
Doba odozvy od nahlásenia poruchy	max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní	12 hod
Nástup servisného technika na opravu na mieste	max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní	48 hod
Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov	max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu	24 hod
Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov	max. do piatich prac dní od nástupu servisného technika na opravu	5 dní
Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene	áno	áno
Preventívna prehliadka a odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene	áno	áno
V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov	áno	áno
Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia	áno	áno
Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje	áno/nie	áno/nie

Dodavateľ sa zaväzuje demontovať pôvodný RTG prístroj a zlikvidovať ho v zmysle platnej legislatívy. O likvidácii bude vystavený protokol. Dodavateľ tiež vykoná všetky technické úpravy, ktoré si bude vyžadovať umiestnenie nového dodaného RTG prístroja do jestvujúcich priestorov, v zmysle požiadaviek zadaných v technologickom projekte.	áno	áno
--	-----	-----

MEDIXRAY s.r.o.
Čintorí
911 03
IČO: 34199188, IČ DPH: SK1020388634





Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Nemocnica podporujúca zdravie
Výučbová základňa
Slovenskej zdravotníckej univerzity



Zápisnica z elektronického vyhodnocovania ponúk podlimitnej zákazky bez zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: „Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om.

- Vestník VO:** Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná vybraným uchádzačom/záujemcom v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády ST dňa 7.8.2024.
- Verejný obstarávateľ:** Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
- Postup verejného obstarávania:** podlimitná zákazka bez zverejnenia vo Vestníku VO
- Lehota na predkladanie ponúk:** 19.08.2024 do 8.00 hod.
- Lehota otvárania ponúk :** 19.08.2024 o 8.10 hod.
- Lehota vyhodnocovania ponúk:** 19.08.2024 o 8:10 hod.
- Miesto vyhodnocovania ponúk:** Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., zasadacia miestnosť

Dňa 19.8.2024 o 8.10 hod. v priestoroch Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. boli komisiou podľa § 51 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov otvorené elektronicky doručené ponuky cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády SR do podlimitnej zákazky:

„Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om“

Komisia po sprístupnení ponúk cez EVO Úradu vlády SR otvorila elektronicky doručené ponuky v poradí v akom boli do predmetnej verejnej súťaže doručené:

Zoznam a poradie uchádzačov, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuky:

1. SIEMENS Healthineers, s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
Uchádzač/záujemca ponuku nedoručil.
2. GUTTA Slovakia spol. s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava
Uchádzač/záujemca ponuku nedoručil.

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616
sekretariat@snzobor.sk, www.snzobor.sk, IČO: 37971832

3. MEDIXRAY s.r.o., Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín

Ponuka bola doručená elektronicky cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády SR dňa 14.8.2024 o 16:55:50 o hod.

Komisia skonštatovala, že ponuka bola doručená v lehote na predkladanie ponúk a pristúpila k vyhodnocovaniu splnenia podmienok účasti v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Komisia vyhodnotila splnenie podmienok účasti doručenej ponuky uchádzača v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk podľa § 32 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

MEDIXRAY s.r.o., Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín

Predložil nasledovné doklady:

- sprievodný list
- rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o povolení na distribúciu, predaj, prenájom, dovoz z krajín mimo EÚ a vývoz do krajín mimo EÚ a na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia
- potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vykonávanie montáže, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia – Šalát Peter
- potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, dovoz, distribúcia a predaj zdrojov ionizujúceho žiarenia – Šalát
- kúpna zmluva
- opis predmetu zákazky – technická špecifikácia
- návrh na plnenie kritéria – cena – 110 900,- € bez DPH
- vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania
- vyhlásenie uchádzača o platení DPH
- čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
- digitálny RTG prístroj – technické špecifikácie

Komisia menovaná riaditeľom ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. prehlasuje, že verejnému obstarávateľovi nie je známe, že by sa uchádzač v priebehu troch rokov od začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia. (§32 ods. 1 písm. g)

Verejný obstarávateľ si overil, že uchádzač je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, má zverejnený verifikačný dokument a konečných užívateľov výhod.

Na základe doručených dokladov komisia skonštatovala, že uchádzač podmienky účasti splnil v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk.

Komisia skonštatovala, že úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť:

Medixray s.r.o., Cintorínska 45, 911 01 Trenčín,

ktorá ako jediná predložila ponuku na Dodanie a montáž RTG prístroja kompatibilného s PACS-om v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.

Komisia si overila konflikt záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom cez spoločnosť TRANSPAREX. Protokol o overení konfliktu záujmov je súčasťou dokumentácie.

Na základe overenia komisia skonštatovala, že konflikt záujmov nebol identifikovaný.

Komisia na základe výsledku vyhodnotenia predložených ponúk odporučí riaditeľovi ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. uzavrieť zmluvu na dodanie a montáž:

„Digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om“

s úspešným uchádzačom : Medixray s.r.o., Cintorínska 45, 911 01 Trenčín v celkovej cene 110 900,- € bez DPH.

Zoznam členov a podpisy komisie:

Predseda:

Ing. Pavol Blahovský
referent energetických, zdravotníckych a technických zariadení

.....
/y/

Členovia komisie:

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA
ekonomicko-prevádzkový námestník

.....
/z/

Ing. Daniela Vaneková, vedúci ekonóm

.....
/d/

Daniela Gažová, bez práva vyhodnocovať
garant verejného obstarávania

.....

Zapísala: D. Gažová
garant verejného ob

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra

- 5 -

V Nitre: 19.8.2024

„Návrh komisie na dodanie a montáž Digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om“

schvaľujem

.....
/p/

~~neschvaľujem~~

MUDr. Plamen Kabaivanov
Riaditeľ

V Nitre: 20.8.2024

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra

- 5 -

TRANSPAREX

Protokol zo skúmania konfliktu záujmov a kolúzneho správania generovaný z informačného systému TRANSPAREX

V rámci konfliktu záujmov a kolúzneho správania boli nastavené nasledovné filtre:

Osoby/organizácie za obstarávateľa

37971832 ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

37971832 Ing. Pavol Blahovský

37971832 Mgr. Zdenko Svoboda, MBA

37971832 Ing. Daniela Vaneková

37971832 Daniela Gažová

Osoby/organizácie za uchádzača

MEDIXRAY, s.r.o. (SK) (34109188)

34109188 Miloš Kadlec

34109188 Peter Šalát

Dátum vyhľadávania: 19.08.2024 Vyhľadať k: 19.08.2024

Konflikt záujmov Kolúzne správanie

Len priame väzby - Konflikt záujmov Len priame väzby - Kolúzne správanie

Vyhľadávať v KN cez vlastníkov na rovnakom LV

Vyhľadávať v KN cez spoluvlastníkov

Vyhľadávať v KN cez BSM

Voľba max. dĺžky väzby: 5

V rámci konfliktu záujmov a kolúzneho správania boli porovnávané nasledovné osoby a subjekty:

Osoby/organizácie za obstarávateľa

37971832 ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

37971832 Ing. Pavol Blahovský

37971832 Mgr. Zdenko Svoboda, MBA

37971832 Ing. Daniela Vaneková

37971832 Daniela Gažová

Osoby/organizácie za uchádzača

MEDIXRAY, s.r.o. (SK) (34109188)

• Miloš Kadlec

Funkcie:

Konateľ - od 13.05.2016 trvá

Spoločník v.o.s. / s.r.o. - od 17.01.2023 trvá

Konečný užívateľ výhod - od 23.06.2017 trvá

Adresy:

SNP 10, 922 03 Vrbové

34109188 Miloš Kadlec

34109188 Peter Šalát

Výsledky skúmania konfliktu záujmov

Konflikt záujmov nebol identifikovaný. V tabuľke vyššie sú uvedené firmy a osoby, pri ktorých bolo skúmané prepojenie.

- ✓ Konflikt záujmov bol overený na základe verejne dostupných záznamov o osobách v nasledujúcich registroch: Pre Slovenskú republiku overené v: Obchodný register, Zivnostenský register, Register právnických osôb, Register konečných užívateľov výhod. Pre Českú republiku overené v: Verejný rejstřík a sítka listin (Obchodný register ČR)

Zoznam osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c)

- ✓ Overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 bez nálezu. Ziadca z konečných užívateľov výhod uchádzačov, ktorí predložili ponuky, nie je v zozname osôb podľa §11 ods. 1 písm. c) aktuálnom ku dňu generovania tohto protokolu.

Osobné postavenie uchádzačov

MEDIXRAY, s.r.o. (SK)

MEDIXRAY, s.r.o.
Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín

IČO: 34109188
DIČ: 2020388634
IČ DPH: SK2020388634 ⓘ
Veľkosť organizácie: 2 zamestnanci
Dátum vzniku: 14.10.1994

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovním a finančnej správe

Sociálna poisťovňa

NIE ✓

Všeobecná zdravotná poisťovňa

NIE ✓

Unifon zdravotná poisťovňa

NIE ✓

Finančná správa

NIE ✓

Inspektorát práce

NIE ✓

Dizník štátu

NIE ✓

Index daňovej spoľahlivosti



Vysoko spoľahlivý
daňový subjekt

10 a menej bodov

Hodnotenie daňovej spoľahlivosti
podľa kritérií Finančnej správy

Zápis v ORSR: Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 45786/R

- Informácia zo zoznamu hospodárskych subjektov podľa §152 Zákona o verejnom obstarávaní zapísané ku dňu: 13.10.2023

Obchodné meno/Názov: MEDIXRAY, s.p.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Hollého 23, Piešťany
ICO: 34109188
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav: zapísaný
Registračné číslo: 2023/3-PO-G1884
Platnosť zápisu od: 16.03.2023
Platnosť zápisu do: 16.03.2026
Zoznam osôb: Miloš Kadlec, štatutárny orgán

- Informácia zo zoznamu hospodárskych subjektov podľa §152 Zákona o verejnom obstarávaní zapísané ku dňu: 17.08.2024

Obchodné meno/Názov: MEDIXRAY, s.p.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Hollého 23, Piešťany
ICO: 34109188
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav: zapísaný
Registračné číslo: 2023/3-PO-G1884
Platnosť zápisu od: 16.03.2023
Platnosť zápisu do: 16.03.2026
Zoznam osôb: Miloš Kadlec, Konateľ

Spoločnosť nie je zapísaná v zozname osôb so zákazom podľa §183 Zákona o verejnom obstarávaní

Poznámka: Verejný obstarávateľ je v každom prípade povinný overiť existenciu prípadných konfliktov záujmov a prijať vhodné opatrenia na to, aby im zabránil, odhalil ich a ich odstránil (rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-538/13, evjgltio z 12.3.2015).
Konflikt záujmov bol overený na základe verejne dostupných záznamov o osobách v nasledujúcich registroch: Pre Slovenskú republiku overené v: Obchodný register, Zimostenský register, Register právnických osôb, Register konečných užívateľov výhod.
Pre Českú republiku overené v: Verejný rejstřík a sbírka listin (Obchodný register ČR).

Zdroje informácií:

Typ overovaného zdroja informácií	Popis a adresa zdroja
Dlžníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne	Nedoplatky preddavkov poistného zo zoznamu VŠZP www.vszp.sk Frekvencia aktualizácie dát - Raz za týždeň
Dlžníci Union	Nedoplatky preddavkov poistného zo zoznamu Union www.union.sk Frekvencia aktualizácie dát - Raz za týždeň
Dlžníci Sociálna poisťovňa	Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk Frekvencia aktualizácie dát - Raz za týždeň
Dlžníci finančná správa	Daňový nedoplatok zo zoznamu Finančnej správy www.financnasprava.sk Frekvencia aktualizácie dát - Raz za týždeň
Centrálny register pohľadávok štátu	Evidencia splatných pohľadávok štátu crps.pohladavkystatu.sk Frekvencia aktualizácie dát - denne
Register partnerov verejného sektora	Partneri verejného sektora zapísaní v zozname rpvs.gov.sk Frekvencia aktualizácie dát - Raz za týždeň
Register právnických osôb	Údaje o právnických osobách, fyzických osobách - podnikateľoch, podnikoch zahraničných právnických osôb, organizačných zložkách a o orgánoch verejnej moci rpo.statistics.sk Frekvencia aktualizácie dát - Raz za týždeň
CZ RPO	Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci www.szrcr.cz Frekvencia aktualizácie dát - Raz za týždeň
CZ Insolvenční rejstřík	Dlžníci, proti ktorým začalo insolvenční řízení po 1. 1.2008 a neboli z rejstříku vyškrtnutí isir.justice.cz Frekvencia aktualizácie dát - Raz za týždeň
CZ Živnostenský rejstřík (RŽP)	Živnostníci v Českej republike www.rzp.cz

VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 19.08.2024

Číslo vložky: 9739

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : MEDIXRAY, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Cintorínska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1002/45

c) **Názov obce:** Trenčín

d) **Psč:** 91101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 34109188

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 27.09.2023

Obchodné meno : MEDIXRAY, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hollého

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 23

c) **Názov obce:** Piešťany

d) **Psč:** 92101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 34109188

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 26.09.2023

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Legionárska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7735/31B

c) **Názov obce:** Trenčín

d) **Psč:** 91101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 52536891

Platnosť : od: 19.10.2019

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Miloš Kadlec

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** SNP

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 288/10

c) **Názov obce:** Vrbové

d) **Psč:** 92203

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 23.06.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 25.06.2024

Dátum overenia : 25.06.2024

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.



Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Nemocnica podporujúca zdravie
Výučbová základňa
Slovenskej zdravotníckej univerzity



Health
Promoting
Hospitals



**Zápisnica z otvárania ponúk podlimitnej zákazky
bez zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

Predmet zákazky: „Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om“

Vestník VO: Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná
vybraným uchádzačom/záujemcom v zmysle § 108
zákona č. 343/2015 Z. z. cez elektronickú platformu EVO
Úradu vlády SR dňa 7.8.2024.

Verejný obstarávateľ: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.

Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka bez zverejnenia vo Vestníku VO

Lehota na predkladanie ponúk: 19.08.2024 do 8.00 hod.

Lehota otvárania ponúk : 19.08.2024 o 8.10 hod.

Miesto otvárania ponúk: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.,
zasadacia miestnosť

Dňa 19.8.2024 o 8.10 hod. v priestoroch Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. boli komisiou podľa § 51 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov otvorené elektronicky doručené ponuky cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády SR do podlimitnej zákazky bez zverejnenia vo Vestníku VO na predmet zákazky:

„Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om“

Komisia po sprístupnení ponúk cez EVO Úradu vlády SR otvorila elektronicky doručené ponuky v poradí v akom boli do predmetnej podlimitnej zákazky doručené:

Zoznam a poradie uchádzačov, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuky

1.SIEMENS Healthineers, s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
Uchádzač/ záujemca ponuku nedoručil.

2.GUTTA Slovakia spol. s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava
Uchádzač/záujemca ponuku nedoručil.

Kláštorská 134, 949 88 Nitra–Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616
sekretariat@snzobor.sk, www.snzobor.sk, IČO: 37971832

3. MEDIXRAY s.r.o., Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín

Ponuka bola doručená elektronicke cez elektronicke platformu EVO Úradu vlády SR dňa 14.8.2024 o 16:55:50 hod.

Komisia skonštatovala, že ponuka bola doručená v lehote na predkladanie ponúk a pristúpila k vyhodnocovaniu splnenia podmienok účasti v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam členov a podpisy komisie:

Predseda:

Ing. Pavol Blahovský
referent energetických, zdravotníckych a technických zariadení

..  ..

Členovia komisie:

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA
ekonomicko-prevádzkový námestník

.....

Ing. Daniela Vaneková, vedúci ekonóm

..... 

Daniela Gažová, bez práva vyhodnocovať
garant verejného obstarávania

.....

Zapísala: D. Gažo
garant verejného obstarávania

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zohor, n.o.
949 88 Nitra
-5-

V Nitre: 19.8.2024

Sprievodný list Ponuka

Zákazka: 513124
Názov zákazky: Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om
Časť zákazky: Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om
Poradie častí: 1
Obstarávateľ: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Adresa: Kláštomá, 94901 Nitra
Hospodársky subjekt: Medixray s.r.o.
Ulica: Cinorínska 45
Obec: Trenčín
PSČ: 91101
IČO: 34109188

Zoznam príloh

Názov prílohy Popis Kontrolný retazec:SHA256	IP	Veľkosť [B]	Typ
Digitálny RTG s vertigrafiom - špecifikácia (003).pdf	95.105.250.231	193251	pdf
27-25-56-15-12-BA-85-78-8C-13-60-80-8A-AD-A5-03-7E-21-C1-9E-22-58-92-2B-FE-4E-58-25-90-A3-BD-C1			
Ponuka Medixray - RTG.pdf	95.105.250.231	650618	pdf
A0-88-25-7D-E8-3E-9C-C8-39-F5-92-9A-03-54-05-7E-F1-0F-84-57-1C-05-D3-1C-E6-55-70-53-E6-B2-FD-30			
potvrdenia zdroje ionizujúceho žiarenia.pdf	95.105.250.231	592752	pdf
3A-73-8C-9E-C0-8F-87-3C-73-86-54-15-F1-42-4B-9A-C2-63-D0-B9-B7-2D-35-17-88-4B-DC-67-26-97-AF-1C			
Rozhodnutie UVZ 2 - 0001.pdf	95.105.250.231	276193	pdf
91-23-44-CE-1B-46-30-D1-73-FB-08-54-16-17-8F-39-D5-CE-B8-6B-36-B4-B4-26-10-13-58-D1-F6-9B-E7-89			
Rozhodnutie UVZ 2 - 0002.pdf	95.105.250.231	244409	pdf
A0-F4-65-6C-B3-E1-D5-A3-BA-EE-EC-E0-B8-70-92-03-2C-47-A7-69-90-56-24-D7-5E-4F-70-EF-06-FE-06-5C			

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52
P.O. BOX 45
826 45 Bratislava

Dátum: 9.10.2014
Číslo: OOZPZ/7624/2014

Rozhodnutie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) žiadosti spoločnosti **Medixray, s.r.o., Holého 23, 921 01 Piešťany, IČO 34 109 188** (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 8.10.2014 o vydanie povolenia na distribúciu, predaj, prenájom, dovoz z krajín mimo Európskej únie a vývoz do krajín mimo Európskej únie zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa § 43 ods. 2 písm. i) a na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa § 43 ods. 2 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. vyhovuje a podľa § 45 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. a v súlade s § 45 ods. 2 písm. i) § 45 ods. 2 písm. g), § 45 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva žiadateľovi

povolenie

na distribúciu, predaj, prenájom, dovoz z krajín mimo Európskej únie a vývoz do krajín mimo Európskej únie a na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv nasledujúcich zdrojov ionizujúceho žiarenia:

výrobcu **TROPHY, Francúzsko:**

- stomatologické intraorálne röntgenové prístroje typovej rady KODAK

výrobcu **FONA S. r. L., Taliansko:**

- stomatologické intraorálne röntgenové prístroje typovej rady Fona X
- stomatologické panoramatické röntgenové prístroje typovej rady Fona XPan

výrobcu **Roesys GmbH, Nemecko:**

- digitálne skiagrafické röntgenové zariadenia na snímkovanie skeletu typovej rady Dira
- analogové skiagrafické röntgenové zariadenia na snímkovanie skeletu typovej rady Dira

výrobcu **Bochum (Spellman), Nemecko:**

- analogové skiagrafické röntgenové zariadenia na snímkovanie skeletu typovej rady CS, Cosmos, Top Lift, Combi a Covator
- röntgenové generátory typovej rady EDITOR Hfe

výrobcu **Primax Le Minotaure, Francúzsko:**


- analogové skiagrafické röntgenové zariadenia typovej rady Primo a Riviera
- mobilné röntgenové prístroje C rameno ARCO

výrobcu **Villa Sistemi Medicali, Taliansko:**

- digitálne skiagrafické röntgenové zariadenia na snímkovanie skeletu typovej rady Moviplan

Poučenie:

Prav tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od dňa jeho oznámenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie je po vycerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.



prof. MUDr. Ivan Kováčik / PhD., MPh
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Rozhodnutie dostane:


- 1. Medixray, s.r.o., Holého 23, 921 01 Piestany
- 2. N/A

Toto rozhodnutie nasleduje právoplatnosťou dňa: 29.12.2017

a vykonateľnosťou dňa: 29.12.2017

V Bratislava dňa: 29.12.2017

Podpis: *Ivan Kováčik*



výrobu BMI Biomedical International S. r. l., Taliansko:

- analógové skiagrafičné röntgenové zariadenia na snímkovanie skeletu typovej rady BMI
- mobilné röntgenové prístroje Jocker a Jolly Plus

výrobu Communications and Power Industries Canada, Inc., Kanada:

- röntgenové generátory typovej rady CPI CVP a Indico.

Odborným zástupcom pre radiačnú ochranu je Peter Salai, irvane bydlisko Vodianska 92,
921 01 Priešťany

Záverom sa ukladajú nasledujúce podmienky na vykonávanie činnosti:

1. Rodný zoznam odovzdaných zdrojov ionizujúceho žiarenia zasielať na Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho
roku.

2. K prístrojom musí byť priložená technická dokumentácia, návod na používanie a pravidlá pre
bezpečné používanie zariadenia pri každej prevádzke a pri prevádzateľných poruchách
všetky v slovenskom jazyku.

Odpovedanie:

Ziadateľ podaním dopracovaný dňa 8.10.2014 požiadal o vydanie povolenia na
distribúciu, predaj, prenájom, dovoz z krajín mimo Európskej únie a vývoz do krajín mimo
Európskej únie zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa § 45 ods. 2 písm. f) a na vykonávanie
inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa § 45 ods. 2 písm. g) zákona č.
355/2007 Z. z. Padmienky na vykonávanie činnosti boli uložené v súlade s § 45 ods. 13
d) zákona č. 355/2007 Z. z. Žiadosť bola podaná v súlade s požiadavkami § 45 ods. 13
zákona č. 355/2007 Z. z. a k žiadosti boli priložené doklady a dokumentácia podľa § 45 ods.
14 zákona č. 355/2007 Z. z.

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výzve v celno
rozhodnutia.

POTVRDENIE

Evid.č. : 16314 / 2013

o absolvovaní odbornej prípravy

ŠALÁT Peter

narodený(á) [redacted], absolvoval(a) v dňoch 11.11.2013 až 12.11.2013 v rozsahu 16 hodín
v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. „o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
a nariadením vlády SR č. 340/2006 Z.z. „o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení“.

odbornú prípravu

na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, resp. činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany, pre pracovníkov, ktorí riadia
práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, so zameraním na:

vykonávanie montáže, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia

Toto potvrdenie nenahrádza osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa §15 ods.1 zákona č. 355/2007 Z.z.

V Demánovskej Doline, dňa 11.11.2013

ÚSTAV RADIÁCNEJ OCHRANY s.r.o.
Stanica 1062/24, 911 05 Trenčín
IČO: 36 348 278
IČ DPH: SK2022071040

[redacted]
Mgr. Anna Šalátová
za spoločnosť ÚRO, sro

Spoločnosť Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Stanica 1062/24, 911 05 Trenčín, je držiteľom povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie
odbornej prípravy pre činnosti vedúce k ožiareniu a pre činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany číslo OQZPZ/777/2010, zo dňa 19.01.2011

o absolvovaní odbornej prípravy

ŠALÁT Peter

narodeny(á) [redacted], absolvoval(a) v dňoch 11.11.2013 až 12.11.2013 v rozsahu 16 hodín
v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. „o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
a nariadením vlády SR č. 340/2006 Z.z. „o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení“.

odbornú prípravu

na vykonávanie činnosti vedúcich k ožiareniu, resp. činnosti dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany, pre pracovníkov, ktorí riadia
práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, so zameraním na:

dovoz, distribúcia a predaj zdrojov ionizujúceho žiarenia

Toto potvrdenie nenahrádza osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa §15 ods.1 zákona č. 355/2007 Z.z.

V Demänovskej Doline, dňa 11.11.2013

ÚSTAV RADIACNEJ OCHRANY s.r.o.

Stanica 1062/24, 911 05 Trenčín

IČO: 36 349 279

IČ DPH: SK202271040

Mgr. Anna Šalátová

za spoločnosť ÚRO, s.r.o.

Spoločnosť Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Stanica 1062/24, 911 05 Trenčín, je držiteľom povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie
odbornej prípravy pre činnosti vedúce k ožiareniu a pre činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany číslo 002PZ/7777/2010, zo dňa 19.01.2011



Zoznam dokumentácie:

Návrh Kúpnej zmluvy s návrhom na plnenie kritérií

Vyplnená tabuľka „Digitálny RTG s vertigrafom - špecifikácia (003)“

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača – súhlas s podmienkami

Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača o platení/neplatení DPH

Príloha č. 4 – Uvedenie podielu plnenia zmluvy – NEUPLATŇUJE SA

Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov– NEUPLATŇUJE SA

Príloha č. 6 – Plná moc pre jedného z členov skupiny, konajúceho za skupinu dodávateľov–
NEUPLATŇUJE SA

Príloha č. 7 – Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

Potvrdenie o odbornej príprave na vykonávanie montáže, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho
žiarenia

Potvrdenie UVZ o predaji a distribúcii zdrojov ionizujúceho žiarenia

KÚPNA ZMLUVA č./2024

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Adresa organizácie: Kláštorská 134, 949 88 Nitra
Štatutárny orgán/štatutár: MUDr. Plamen Kabaivanov , riaditeľ
IČO: 37 971 832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
web: <https://www.snzobor.sk>

(ďalej len „kupujúci“)

a

obchodné meno: MEDIXRAY, s.r.o.
sídlo: Cintorínska 45, 911 01, Trenčín
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
v mene dodávateľa: Miloš Kadlec - konateľ
IČO: 34109188
DIČ: 2020388634
DRČ: 34 109 188/648
IČ DPH: SK2020388634
číslo účtu: IBAN SK73 0900 0000 0000 2801 40218
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele:
Sro., vo vložke číslo 637/T

(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluva je výsledkom súťaže vyhlásenej kupujúcim ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, na obstaranie podlímitnej zákazky **Dodávka digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om.**

2. Kúpna cena za Predmet plnenia bude financovaná z vlastných zdrojov Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n.o., prostredníctvom lízingovej spoločnosti.

Čl. III. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je dodanie:

C.p.	Názov	Množstvo	
1.	Digitálny RTG prístroj kompatibilný s PACS-om	1 ks	MOVIPLAN IC

(ďalej tiež spoločne ako „tovar“) vrátane dopravy na miesto dodania, inštalácie, testovania, uvedenia do prevádzky a vykonania preberacej skúšky, preukázania funkčnosti, CE certifikátov, manuálu a potrebnej dokumentácie s popisom technických parametrov v slovenskom alebo českom jazyku a zaškolenia obsluhy, programovania a údržby verejného obstarávateľa (ďalej tiež len „Predmet plnenia“) predávajúcim, prevzatie predmetu plnenia a zaplatenie dohodnutej zmluvnej ceny kupujúcim.

2. Pri dodávke a inštalácii nie sú prípustné žiadne stavebné úpravy jestvujúcich priestorov.
3. V prípade, že školenia budú vykonané v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, predávajúci zabezpečí v cene zariadenia tlmočenie do slovenského jazyka.
4. V prípade, ak bude na riadne užívanie Predmetu plnenia nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva predávajúceho alebo tretej osoby predávajúci zabezpečí, že kupujúci nadobudnutím vlastníctva k Predmetu plnenia získa aj všetky oprávnenia a licencie na takého práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene Predmetu plnenia.
5. Podrobná špecifikácia Predmetu plnenia tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

Čl. IV.
Cena a platobné podmienky

1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný Predmet plnenia zmluvnú cenu (ďalej „zmluvná cena“):

1-10	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	DPH (sadzba 20%)	Jednotková cena v EUR s DPH	Cena celkom v EUR s DPH
Digitálny RTG prístroj kompatibilný s PACS-om	1 ks				
Cena celkom v EUR bez DPH				110 900,-	
Výška DPH (sadzba 20 %)				22 180,-	
Cena celkom v EUR vrátane DPH				133 080,-	

2. Kupujúci neposkytuje za Predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky zo zmluvnej ceny.
3. Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za dodanie plnenia špecifikovaného v článku III. tejto Zmluvy vznikne predávajúcemu riadnym dodaním Predmetu plnenia v súlade s článkom IV. tejto Zmluvy vrátane súvisiacich služieb, a to v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou.
4. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru minimálne v dvoch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia Predmetu plnenia kupujúcim.
5. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude dní od jej doručenia kupujúcemu. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.
6. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
 - bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód),
 - číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),
 - názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
 - výšku dane spolu v mene EUR,

- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
- číslo a názov zmluvy,

Čl. V. Miesto dodania

1. Miesto dodania predmetu zákazky: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra.

Čl. VI. Lehota dodania

1. Termín plnenia: zariadenie bude dodané **do 60 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Čl. VII. Záruka

1. Záruka na predmet plnenia uvedený v článku III. tejto zmluvy je 24 mesiacov.
2. Počas 24 mesačnej záruky budú vykonané preventívne prehliadky zariadenia ročne, v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.
3. Poskytovanie záručného servisu s nástupom na odstránenie vady do 48 hodín od jej nahlásenia
4. Pri neodstránení vady do 7 dní od nahlásenia vady musí byť zabezpečené zapožičanie náhradného zariadenia s porovnateľnými parametrami.
5. Garancia poskytovania pozáručného servisu a dodávok opotrebitelných dielov po dobu min. 5 rokov po skončení záručnej doby. Služby pozáručného servisu a dodávky náhradných dielov mimo rámca zaručeného servisu nie sú predmetom tejto zákazky

Čl. VIII. Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody

1. Za omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu plnenia alebo jeho časti má kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
2. Za omeškanie kupujúceho so zaplatením zmluvnej ceny má predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť tejto zmluvy a toto porušenie bude mať za následok krátenie NFP, je povinný uhradiť kupujúcemu náhradu škody rovnajúcu sa výške kráteného NFP.

Čl. IX Odstúpenie od Zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto časti zmluvy, najmä neodovzdanie predmetu Zmluvy v zmysle dohodnutých podmienok riadne, včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok.
2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí zmluvnú cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok.
3. Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy oprávneným účastníkom Zmluvy druhému účastníkovi Zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. X Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.
3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
4. Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia Zmluvy a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie.
6. Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Za kupujúceho

Za predávajúceho

V Nitre, dňa

V Trenčíne dňa 14.08.2024

ME

Číslo

9211

ICD: 24322

Y s.r.o.

2/45



ICD: 24322 IČ DPH: SK2020388694

.....
MUDr.Plamen Kabaivanov
riaditeľ

.....
Miloš Kadlec - konateľ Medixray s.r.o.

„C“ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

	Digitálny RTG prístroj s montážou do podlahy	Parameter	Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter
Dodávateľ (obch.názov):	Medixray s.r.o.		
Adresa podnikania:	Cintorínska 45, 911 01, Trenčín		
IČO:	34 109 188		
Názov produktu:	Moviplan iC		
Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná	áno	áno	
1	Technická špecifikácia		
	RTG systém montovaný na zem	áno	áno
	Ototočný stĺp s RTG žiaričom, elevačný stôl s vysokou nosnosťou, vertikálny statív	áno	áno
	Motorizovaný pohyb RTG statívu (horizontálny/vertikálny) vrátane automatického centrovania RTG lampy na detektor v stole aj vo vertikálnom statíve	áno	áno
	Možnosť otočenia RTG statívu okolo vlastnej osi v rozsahu 0 až 180 stupňov	ano	ano
	Pacientský stôl s plávajúcou doskou. Minimálne rozmery dosky stola:	220 x 80 cm	230 x 85 cm
	Požadovaný rozsah pohybu plávajúcej dosky stola v pozdĺžnom smere:	1200 mm (\pm 600 mm)	1200 mm (\pm 600 mm)
	Požadovaný rozsah pohybu plávajúcej dosky stola v priečnom smere:	260 mm (\pm 130 mm)	260 mm (\pm 130 mm)
	Požadovaná nosnosť stola v zaparkovanej polohe:	320 kg	375 kg
	Požadovaná nosnosť stola pre eleváciu:	250 kg	250 kg
	Motorizovaný zdvih RTG stola v rozsahu min 40 cm.	ano	ano
	Vertikálny statív s pevne zabudovaným alebo vyberateľným detektorom s aktívnou plochou	min. 42 x 42 cm	min. 42 x 42 cm

Vzdialenosť centrálneho lúča od podlahy pre vertikálny statív v min. rozsah	38 - 200 cm	38 - 200 cm
Minimálna požadovaná dĺžka vertikálneho pohybu bucky vo vertikálnom statíve	165 cm	169 cm
VF generátor		
Výkon generátora	min. 65 kW	min. 65 kW
Napájanie 400/480 V ± 10% trojfázové	áno	áno
Rozsah kV	40 - 150 KV v 1 kV krokoch	40 - 150 KV v 1 kV krokoch
Rozsah mAs	10 - 1000 mAs	10 - 1000 mAs
Požadovaný počet anatomických programov	min. 1000	min. 1024
Rozsah expozičných časov min.	0,001 - 6 sekund	0,001 - 6 sekund
RTG žiarič	áno	áno
Malé ohnisko s max. veľkosťou 0,6 mm	áno	áno
Veľké ohnisko s max. veľkosťou 1,3 mm	áno	áno
Priečny pohyb RTG žiariča v rozsahu min 250 mm (+/- 125 mm)	áno	áno
Tepelná kapacita anódy RTG anódy	min. 300 kHU	min. 300 kHU
Rýchlosť otáčok anódy	min. 2500 otáčok/minútu	min. 2500 otáčok/minútu
Automatický kolimátor	áno	áno
Vnútoraná filtrácia min. 2 mm hliníka	áno	áno
Zdroj svetla - LED	áno	áno
Ďalšie príslušenstvo: meracie pásmo, laserový zameriavací kríž	áno	áno
DAP meter - merač dopadovej dávky	áno	áno
AEC - automatická kontrola expozície s tromi meracími komorami	áno	áno
Detektor wi-fi - v stole	áno	áno
Aktívna plocha vyberateľného detektora (v patientskom stole)	min. 43 x 43 cm	min. 43 x 43 cm

Požadované rozlíšenie detektora	3,5 lp/mm	3,5 lp/mm
Veľkosť pixelu	max. 148 µm	max. 148 µm
Bitová hĺbka	min. 16 bit	16 bit
DQE detektora v stole	min. 65 %	65 %
Zaťaženie detektora plošne	min. 150 kg	Viac ako 150 kg
Zaťaženie detektora bodovo	min. 100 kg	100 kg
Automatické nabíjanie Wi-Fi detektora v stole	áno	áno
Výdrž batérie detektora	min. 200 snímok	Viac ako 200 snímok
Vyberateľný detektor musí mať rukoväť pre bezpečnejšiu manipuláciu s detektorom pri umiestňovaní detektora pod pacienta, prípustný je aj obal detektora s rukoväťou	áno	áno
Čas zobrazenia snímok bezprostredne po akvizícii (náhľad) u oboch detektorov	max. 4 sekundy	Max. 4 sekundy
Čas zobrazenia snímok bezprostredne po akvizícii (full image) u oboch detektorov	max. 8 sekúnd	max. 8 sekúnd
Detektor pevne zabudovaný - vo vertikálnom statíve	Ano	Ano
Aktívna plocha pevne zabudovaného detektora	min. 43 x 43 cm	min. 43 x 43 cm
Požadované rozlíšenie detektora	min 3.5lp/mm	min 3.5lp/mm
Veľkosť pixelu	max. 148 µm	max. 148 µm
Bitová hĺbka	min. 16 bit	min. 16 bit
DQE detektora v stole	min. 65 %	min. 65 %
Antirozptylová mriežka pevná alebo oscilačná	áno	áno
Musí mať možnosť snímkovania bez použitia mriežky	áno	áno
Dotykový displej pre ovládanie RTG prístroja umiestnený priamo na držiaku žiariča	min. 8"	min. 8,4"

	Všetky parametre snímkovania vrátane prídavnej filtrácie musia byť volené automaticky na základe klinického protokolu	áno	áno
	Ostatné požiadavky		
	Počet APR (anatomických programov)	min. 100	1024
	Kapacita úložiska akvizíčnej stanice	min. 10 000 snímkov	Viac ako 10 000
	Dotykový farebný monitor akvizíčnej stanice	min. 24"	24" full HD
	Svietivosť monitora akvizíčnej stanice	min. 250 cd/m ²	250 cd/m ²
	Operačný systém akvizíčnej stanice min. Windows 10 Professional, alebo Linux alebo ekvivalent	áno	áno
	RAM akvizíčného PC	min. 16 GB	16 GB
	SSD akvizíčného PC	min. 500 GB	500 GB
	Príslušná grafická karta	áno	áno
	Intercom	áno	áno
	Automatické meranie dávky	áno	áno
	DICOM výbava: Send/StC, print, Query/Retrieve, Worklist/MPPS, Dose Structured Report	áno	áno
	Integrácia do existujúceho PACS systému (Tomocon)	áno	áno
	Sťahovanie softvérových updatov, ako napríklad update kybernetickej bezpečnosti na diaľku alebo za prítomnosti technika, UPS min 1500W	áno	áno
2	Školenie		
	Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu minimálne však v trvaní dvoch dní, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia	áno	áno
3	Osobitné požiadavky na plnenie		

	Požadujeme predložiť do dvoch týždňov od účinnosti kúpnej zmluvy technologický projekt	áno	áno
	Dodávateľ zabezpečí s relevantnú dokumentáciu nevyhnutnú k inštalácii zariadenia; východiskové revízie hlavných prívodov elektrickej energie; protokol o skúške zdroja ionizujúceho žiarenia; rozvádzač k RTG podľa platnej legislatívy	áno	áno
4	Plná autorizovaná servisná podpora		
	Záručná doba	min. 24 mesiacov	24 mesiacov
	Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom	áno	áno
	Doba odozvy od nahlásenia poruchy	max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní	áno
	Nástup servisného technika na opravu na mieste	max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní	áno
	Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov	max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu	áno
	Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov	max. do piatich prac dní od nástupu servisného technika na opravu	áno
	Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene	áno	áno

Preventívna prehliadka a odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene	áno	áno
V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servísne hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov	áno	11
Softwarové aktualizácie predpísané výrobcem zariadenia	áno	áno
Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje	áno/nie	áno
Dodávateľ sa zaväzuje demontovať pôvodný RTG prístroj a zlikvidovať ho v zmysle platnej legislatívy. O likvidácii bude vystavený protokol. Dodávateľ tiež vykoná všetky technické úpravy, ktoré si bude vyžadovať umiestnenie nového dodaného RTG prístroja do jestvujúcich priestorov, v zmysle požiadaviek zadaných v technologickom projekte.	áno	áno

Príloha č. 1

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
DODANIE A MONTÁŽ**

Nazov položky	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	DPH (sadzba 20 %)	Jednotková cena v EUR s DPH	Cena celkom v EUR s DPH
Digitálny RTG prístroj kompatibilný s PACS-om	1 ks				
Cena celkom v EUR bez DPH				110 900,-	
Výška DPH (sadzba 20 %)				22 180,-	
Cena celkom v EUR vrátane DPH				133090,-	

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) Medixray s.r.o., Cintorínska 45, 911 01, Trenčín, týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania „**Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PASC-om pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o.**“, ktoré sú určené v o Výzve na predkladanie ponúk a v Súťažných podkladoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy, všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,
- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
- predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto verejnom obstarávaní
- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku
- všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v Súťažných podkladoch porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia tohto verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia
- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu predmetnej zákazky,

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

- a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v predmetnej verejnej súťaži
- b) neposkytol a neposkytne akékoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky
- c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
- d) dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.

MEDIXRAY s.r.o.

Čint

911

IČO: 34109188, IČ DPH: SK2020388684



V Trenčíne 14.08.2024

.....
podpis

Vyhlásenie uchádzača o platení/neplatení DPH

Názov alebo obchodné meno uchádzača:

Medixray s.r.o.,

Adresa alebo sídlo uchádzača:

Cintorínska 45, 911 01, Trenčín

Vyhlásenie uchádzača

Dolu podpísaný ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že som/nie som platcom DPH.

Vypracoval: Miloš Kadlec – konateľ spoločnosti

Podpis uchádzača: **MEDIKRAY S.R.O.**
Cint
911 01
IČO: 34109188, IČ DPH: SK2020388634



V Trenčíne 14.08.2024

Nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 4

Uvedenie podielu plnenia zmluvy - NEUPLATŇUJE SA

Obchodné meno uchádzača: Medixray s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 45, 911 01, Trenčín

IČO: 34 109 188

Predmet zákazky: „Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om
Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o.“

Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má úspešný uchádzač v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom

Por.číslo	Hodnota plnenia vyjadrená v % k ponúknutej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu, sídlo, IČO/dátum narodenia	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známe.

Úspešný uchádzač predloží vyplnenú prílohu pri podpise zmluvy .

V.....dňa.....

.....
meno a podpis
štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho
orgánu uchádzača

Pozn. POVINNÉ, ak bude zabezpečovať určitý podiel plnenia zmluvy subdodávateľom.

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno:

Adresa spoločnosti:

IČO:

1)Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnej súťaži na vyhotovenie predmetu :

Vyhlásenej verejným obstarávateľom: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra, IČO 37971832 vo Vestníku č.....zo dňa.....,pod značkou.....sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

.....
.....
.....

2)V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím zmluvy v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

3)Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

Vyplní uchádzač podľa Výzvy na predkladanie ponúk

V.....dňa.....

Obchodné meno

Sídlo/miesto podnikania

IČO:

.....
meno, priezvisko, funkcia,
podpis, pečiatka

Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:

.....
meno, priezvisko, funkcia,
podpis, pečiatka

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Príloha č. 6 Plná moc – NEUPLATŇUJE SA

Plná moc pre jedného z členov skupiny, konajúceho za skupinu dodávateľov

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:

1) Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzač/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu).

udeľuje/ú plnomocenstvo

Splnomocnencovi:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člene skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky: „**Digitálny RTG prístroj pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o.**“ vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

V.....dňa.....

.....
podpis splnomocniteľa

V.....dňa.....

.....
podpis splnomocniteľa

Splnomocnenie prijímam

V.....dňa.....

.....
Podpis splnomocnenca

vyplní uchádzač podľa Výzvy na predkladanie ponúk

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.**

Uchádzač: Medixray s.r.o.

Adresa: Cintorínska 45, 911 01, Trenčín

IČO: 34 109 188

Čestne prehlasujeme, že v čase vyhlasovania verejného obstarávania na predmet zákazky:

**„Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om
Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o.“**

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f)
nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V Trenčíne dňa 14.08.2024

MEDIXRAY s.r.o.



IČO: 34109188, IČ DPH: SK2020388634

.....
Pečiatka, podpis oprávnenej osoby

Digitálny RTG prístroj s montážou do podlahy	Parameter	Pozadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter
Dodávateľ (obch.názov):	Medixray s.r.o.	
Adresa podnikania:	Cintorínska 45, 911 01, Trenčín	
IČO:	34 109 188	
Názov produktu:	Moviplan iC	
Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná	áno	ano
1. Technická špecifikácia		
RTG systém montovaný na zem	áno	áno
Otočný stĺp s RTG žiaričom, elevačný stôl s vysokou nosnosťou, vertikálny statív	áno	áno
Motorizovaný pohyb RTG statívu (horizontálny/vertikálny) vrátane automatického centrovania RTG lampy na detektor v stole aj vo	áno	áno
Možnosť otočenia RTG statívu okolo vlastnej osi v rozsahu 0 až 180 stupňov	ano	ano
Pacientský stôl s plávajúcou doskou. Minimálne rozmery dosky stola:	220 x 80 cm	230 x 85 cm
Požadovaný rozsah pohybu plávajúcej dosky stola v pozdĺžnom smere:	1200 mm (\pm 600 mm)	1200 mm (\pm 600 mm)
Požadovaný rozsah pohybu plávajúcej dosky stola v priečnom smere:	260 mm (\pm 130 mm)	260 mm (\pm 130 mm)
Požadovaná nosnosť stola v zaparkovanej polohe:	320 kg	375 kg
Požadovaná nosnosť stola pre eleváciu:	250 kg	250 kg
Motorizovaný zdvih RTG stola v rozsahu min 40 cm.	ano	ano
Vertikálny statív s pevne zabudovaným alebo vyberateľným detektorom s aktívnou plochou	min. 42 x 42 cm	min. 42 x 42 cm
Vzdialenosť centrálneho lúča od podlahy pre vertikálny statív v min. rozsah	38 - 200 cm	38 - 200 cm
Minimálna požadovaná dĺžka vertikálneho pohybu bucky vo vertikálnom statíve	165 cm	169 cm

VF generátor		
Výkon generátora	min. 65 kW	65 kW
Napájanie 400/480 V ± 10% trojfázové	ano	ano
Rozsah kV	40 - 150 kV v 1 kV krokoch	40 - 150 kV v 1 kV krokoch
Rozsah mAs	10 - 1000 mAs	10 - 1000 mAs
Rožadovaný počet anatomických programov	min. 1000	1024
Rozsah expozičných časov min.	0,001 - 6 sekund	0,001 - 6 sekund
RTG žiarič	áno	ano
Malé ohnisko s max. veľkosťou 0,6 mm	áno	ano
Veľké ohnisko s max. veľkosťou 1,3 mm	áno	ano
Priečny pohyb RTG žiariča v rozsahu min 250 mm (+/- 125 mm)	áno	ano
Tepelná kapacita anódy RTG anódy	min. 300 KHU	300 KHU
Rýchlosť otáčok anódy	min. 2500 otáčok/minútu	2500 ot/min
Automatický kolimátor	áno	ano
Vnútoraná filtrácia min. 2 mm hliníka	áno	ano
Zdroj svetla - LED	áno	ano
Dalšie príslušenstvo: meracie pásmo, laserový zameriavací kríž	áno	ano
DAP meter - merač dopadovej dávky	áno	ano
AEC - automatická kontrola expozície s tromi meracími komorami	áno	ano
Detektor wi-fi - v stole	áno	ano
Aktívna plocha vyberateľného detektora (v patientskom stole)	min. 43 x 43 cm	43x54
Požadované rozlíšenie detektora	3,5 lp/mm	3,5 lp/mm
Veľkosť pixelu	max. 148 µm	148 µm

Bitová hĺbka	min. 16 bit	16 bit
DQE detektora v stole	min. 65 %	65%
Zaťaženie detektora plošne	min. 150 kg	viac ako 150 kg
Zaťaženie detektora bodovo	min. 100 kg	100 kg
Automatické nabíjanie Wi-Fi detektora v stole	áno	ano
Výdrž batérie detektora	min. 200 snímok	viac ako 200 snímok
Vyberateľný detektor musí mať rukoväť pre bezpečnejšiu manipuláciu s detektorom pri umiestňovaní detektora pod pacienta, prípustný je aj obal detektora s rukoväťou	áno	áno
Čas zobrazenia snímok bezprostredne po akvizícii (náhľad) u oboch detektorov	max. 4 sekundy	4 sek.
Čas zobrazenia snímok bezprostredne po akvizícii (full image) u oboch detektorov	max. 8 sekúnd	8 sek.
Detektor pevne zabudovaný - vo vertikálnom statíve	Ano	ano
Aktívna plocha pevne zabudovaného detektora	min. 43 x 43 cm	43 x 43 cm
Požadované rozlíšenie detektora	min 3.5lp/mm	3.5lp/mm
Veľkosť pixelu	max. 148 µm	148 µm
Bitová hĺbka	min. 16 bit	16 bit
DQE detektora v stole	min. 65 %	65%
Antirozptyľová mriežka pevná alebo oscilačná	áno	ano
Musí mať možnosť snímkovania bez použitia mriežky	áno	ano
Dotykový displej pre ovládanie RTG prístroja umiestnený priamo na držiaku žiariča	min. 8"	8,4 "
Všetky parametre snímkovania vrátane prídavnej filtrácie musia byť volené automaticky na základe klinického protokolu	áno	ano
Ostatné požiadavky		
Počet APR (anatomických programov)	min. 100	1024

	Kapacita úložiska akvizíčnej stanice	min. 10 000 snímkov	viac ako 10 000
	Dotykový farebný monitor akvizíčnej stanice	min. 24"	24" full HD
	Svietivosť monitora akvizíčnej stanice	min. 250 cd/m ²	250 cd/m ²
	Operačný systém akvizíčnej stanice min. Windows 10 Professional, alebo Linux alebo ekvivalent	áno	ano
	RAM akvizíčného PC	min. 16 GB	16 GB
	SSD akvizíčného PC	min. 500 GB	500 GB
	Príslušná grafická karta	áno	áno
	Intercom	áno	áno
	Automatické meranie dávky	áno	áno
	DICOM výbava: Send/StC, print, Query/Retrieve, Worklist/MPPS, Dose Structured Report	áno	áno
	Integrácia do existujúceho PACS systému (Tomocon)	áno	áno
	Sťahovanie softvérových updatov, ako napríklad update kybernetickej bezpečnosti na diaľku alebo za prítomnosti technika, UPS min 1500W	áno	áno
2	Školenie		
	Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu minimálne však v trvaní dvoch dní, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia	áno	ano
3	Osobitné požiadavky na plnenie		
	Požadujeme predložiť do dvoch týždňov od účinnosti kúpnej zmluvy technologický projekt	áno	ano
	Dodávateľ zabezpečí s relevantnú dokumentáciu nevyhnutnú k inštalácii zariadenia; východiskové revízie hlavných prívodov elektrickej energie; protokol o skúške zdroja ionizujúceho žiarenia; rozvádzač k RTG podľa platnej legislatívy	áno	ano
4	Plnenie a rozvrhová servisná podpora		

Záručná doba	min. 24 mesiacov	24 mesiacov
Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom	áno	ano
Doba odozvy od nahlásenia poruchy	max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní	12 hod
Nástup servisného technika na opravu na mieste	max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní	48 hod
Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov	max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu	24 hod
Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov	max. do piatich prac dní od nástupu servisného technika na opravu	5 dní
Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene	áno	áno
Preventívna prehliadka a odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene	áno	áno
V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov	áno	áno
Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia	áno	áno
Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje	áno/nie	áno/nie

<p>Dodavateľ sa zaväzuje demontovať pôvodný RTG prístroj a zlikvidovať ho v zmysle platnej legislatívy. O likvidácii bude vystavený protokol. Dodavateľ tiež vykoná všetky technické úpravy, ktoré si bude vyžadovať umiestnenie nového dodaného RTG prístroja do jestvujúcich priestorov, v zmysle požiadaviek zadaných v technologickom projekte.</p>	<p>áno</p>	<p>áno</p>
---	------------	------------

SK e-gov



(/evoportal/sk-sk/Public/Home/Index)

Menu

Serverový čas: 07.08.2024 9:41:02 ver. 18.0

[i\(https://www.isepvo.sk/wp-content/uploads/2022/03/manual_obstaravatel.pdf\)](https://www.isepvo.sk/wp-content/uploads/2022/03/manual_obstaravatel.pdf)

< SPÄT

Výzva na predloženie ponuky

Výzva/výzvy na predkladanie ponúk zákazky boli odoslané vybraným záujemcom.

Názov zákazky: Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja
kompatibilného s PACS-om

Názov obstarávateľa: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.



Zákazka je v stave Aktívna. Ak si želáte doplniť verejné obstarávanie, je potrebné vyplniť formulár a odoslať ho na spracovanie. Ak ste skúsený používateľ, môžete si vybrať z celkového zoznamu formulárov (<https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Private/ZakazkaSZU.aspx?ZakazkaId=513124&OpenModal=V>).

Stav

Odoslaná

Lehota na predloženie ponuky

19.08.2024 08:00:00

Dátum podania

07.08.2024 09:40:51

Zoznam hospodárskych subjektov na odoslanie výzvy na predkladanie ponúk

Názov hospodárskeho subjektu	IČO	Zodpovedný
Siemens Healthcare s.r.o.	48146676	Lýdia Bango Bušková
GUTTA Slovakia spol. s r.o.	35707364	Katarína Maňáková
Medixray s.r.o.	34109188	Milos Kadlec
3 záznamy		

Text

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (novelizovaný zákonom č.179/2024 Z.z) podľa § 108 na podlimitnú zákazku bez zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania na predmet zákazky:




"Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om".

Ponuky je potrebné doručiť cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády SR najneskôr do 19.8.2024 do 8.00 hod.

Všetky potrebné informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá je prílohou našej žiadosti. Prílohou je aj tabuľka technických špecifikácií, ktorú je potrebné vyplniť a doručiť.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude prebiehať

Prílohy

ID	Názov prílohy	Veľkosť [bajty]	Typ	
2769902	Výzva na predloženie ponúk - RTG.doc	439296	doc	
2769933	Digitálny RTG s vertigrafom - špecifikácia (003).xlsx	23612	xlsx	

 VŠETKY SÚBORY

Serverový čas: 07.08.2024 9:42:10 ver. 18.0 (https://www.isepvo.sk/wp-content/uploads/2022/03/manual_obstaravatel.pdf)

< SPÄŤ

Podané žiadosti

Názov zákazky:	Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om			
Názov obstarávateľa:	Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.			
Plánovaná	Predbežná	Aktívna	Ukončená	Zrušená

Zákazka je v stave Aktívna. Ak si želáte doplniť verejné obstarávanie, je potrebné vyplniť formulár a odoslať ho na spracovanie. Ak ste skúsený používateľ, môžete si vybrať z celkového zoznamu formulárov (<https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=513124&OpenModal=V>).

Typ podania

Všetky typy podaní

Stav

Všetky stavy

HLADAŤ VYČISTI FORMULÁR

Názov	Hospodársky subjekt	Dátum podania	Dátum odpovede	Stav
Výzva na predkladanie ponuky (.../Ziadost/ZiadostDetail.aspx?id=1228417&Zona=0)	Siemens Healthcare s.r.o.	07.08.2024 09:40:52		Odoslaná
Výzva na predkladanie ponuky (.../Ziadost/ZiadostDetail.aspx?id=1228418&Zona=0)	GUTTA Slovakia spol. s r.o.	07.08.2024 09:40:52		Odoslaná
Výzva na predkladanie ponuky (.../Ziadost/ZiadostDetail.aspx?id=1228419&Zona=0)	Medixray s.r.o.	07.08.2024 09:40:52		Odoslaná
Výzva na predkladanie ponuky - šablóna (.../VyzvaNaPredkladaniePonukNHBZ/VyzvaNaPredkladaniePonukNHBZSablona.aspx?id=1227562&Zona=0)		07.08.2024 09:40:51		Odoslaná

Odkazy

uvo.gov.sk
(<https://www.uvo.gov.sk/>)
vlada.gov.sk
(<https://www.vlada.gov.sk/>)
slov-lex.sk (<https://www.slov-lex.sk/>)

Menu


[O systéme](https://www.isepvo.sk/o-systeme/)
(<https://www.isepvo.sk/o-systeme/>)
[Najčastejšie otázky](https://www.isepvo.sk/najcastejsie-otazky/)
(<https://www.isepvo.sk/najcastejsie-otazky/>)
Príručky

Adresa

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava



Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Nemocnica podporujúca zdravie
Výučbová základňa
Slovenskej zdravotníckej univerzity



Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 01 Nitra

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

bez zverejnenia vo Vestníku

§ 108

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

PREDMET OBSTARÁVANIA: "Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om"

Za verejného obstarávateľa,
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.,

schválil:

.....
MUDr. Plámen Kabaivanov
riaditeľ

Vypracoval:

.....
Daniela Gažová
garant verejného obstarávania

Zodpovedný za technickú špecifikáciu:

Ing. P. Blahovský
referent energetických, zdravotníckych a technických zariadení

.....
Ing. Pavol Blahovský

V Nitre: 6.8.2024

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra

- 5 -

Časť I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Adresa organizácie: Kláštorská 134, 949 01 Nitra
Krajina: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: MUDr. Plamen Kabaivanov
IČO: 37971832
Kontakt: 037/6941227
Fax: 037/6510616
E-mail: sekretariat@snozbor.sk
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Blahovský

2. PREDMET ZÁKAZKY

2.1. Názov predmetu zákazky: „Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om“

2.2. Číselný kód pre hlavný predmet a doplnujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Kategória tovaru: CPV 33111000 – 1 RTG prístroje

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky:

Opis predmetu zákazky podľa písmena „C“ týchto súťažných podkladov.

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1. Záujemcom sa neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje dodať celý predmet zákazky od jedného dodávateľa.

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1. Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

4.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

5. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY A LEHOTY USKUTOČNENIA

5.1. Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: ako je uvedené v časti 1. bod 1 tejto výzvy

6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

6.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

6.2. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavok na financovanie predmetu zákazky.

6.3. Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy uvedenej v prílohe.

7. ZMLUVA

7.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Kúpna zmluva podľa § 409 až § 470 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

7.2. Verejný obstarávateľ predkladá návrh zmluvy, ktorý je súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk.

8. UCHÁDZAČ

8.1. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar. Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Uchádzačom sa rozumie aj skupina dodávateľov podľa § 37 zákona.

8.2. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa nevyžaduje, aby skupina vytvorila do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadovanú právnu formu, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

8.3. V prípade, že bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá verejným obstarávateľom, musí táto skupina dodávateľov vytvoriť medzi sebou do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy určitú právnu formu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky a túto právnu formu riadne oznámila verejnému obstarávateľovi ešte pred podpisom zmluvy. Zloženie skupiny dodávateľov, ktorá predloží zmluvu musí byť totožné so zložením skupiny dodávateľov, ktorá predložila ponuku a preukázala splnenie podmienok účasti.

8.4. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v ponuke predložiť overený doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky.

8.5. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejného obstarávania nesmie zúčastniť.

8.6. Ak ponuku predloží osoba uvedená v bode 8.5 súťažných podkladov, bude táto ponuka z verejného obstarávania vylúčená.

8.7. Uchádzač musí splniť podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky a v týchto súťažných podkladoch.

9. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

9.1. Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponúk, ktorá je stanovená verejným obstarávateľom do **31.10.2024**.

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: je najnižšia cena bez DPH a splnenie požadovaných technických parametrov.

Časť II.

KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

10. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE – VÝHRADNE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA !!!

10.1. Komunikácia a výmena informácií (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

10.2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi/záujemcami postupovať podľa § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania EVO prevádzkovanom na portáli Úradu vlády SR. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému –EVO, ver.18.

10.3. Pravidlá pre doručovanie: - zásielka sa považuje za doručenu záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom. Za okamih doručenia sa v systéme EVO považuje okamih jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.

10.4. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné vytvoriť si účet v informačnom systéme webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.gov.sk v časti „Privátna zóna“) a registrovať hospodársky subjekt. Postupy záujemcu/uchádzača v rámci systému IS ÚVO – EVO sú bližšie špecifikované v Príručke používateľa, ktorá je zverejnená na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie: link: <https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html>.

10.5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenia“ sa rozumie doručenie správy záujemcovi/uchádzačovi do systému EVO Úradu vlády SR, a nie moment, kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

10.6. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v EVO ver. 18 je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady – technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO Úradu vlády SR. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované v príručkách zverejnených na webovom sídle Úradu vlády SR.

10.7. Obsahom komunikácie prostredníctvom EVO, bude: predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predkladanie ponúk, prípadne doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, žiadosť o doplnenie alebo vysvetlenie predložených dokladov alebo ponúk, mimoriadne nízkej ponuky, ako aj komunikácia pri revíziách postupov – žiadosť o nápravu a akákoľvek komunikácia s týmto verejným obstarávateľom s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje ZVO.

10.8. Link na profil verejného obstarávateľa, kde je možné získať k danému predmetu zákazky všetky podklady ZVO a súčasne aj predložiť ponuku, alebo položiť otázku, ak je záujemca/uchádzač už zaregistrovaný v EVO Úradu vlády SR: <https://evo.isepvo.sk/evoportai/vyhľadavanie-zakaziek/detail/513124>.

11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

11.1. Ktorýkoľvek zo záujemcov môže verejného obstarávateľa požiadať o **vysvetlenie podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie priamo cez systém EVO., verzia 18.**

11.2. Vysvetlenie požiadaviek uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne poskytne najneskôr však 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že sa o vysvetlenie požiada dostatočne vopred.

11.3. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 11.2, aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.

11.4. Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

11.5. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo inej sprievodnej dokumentácii. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk.

12. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

12.1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční.

Obhliadku je potrebné dohodnúť s Ing. Blahovským na tel. č. 0915 754 851.

Obhliadku je možné vykonať v termíne od 12.8.2024 do 16.8.2024 v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Časť III.
PRÍPRAVA DOKLADOV PONUKY

13. FORMA A SPOSOB PREDKLADANIA PONUKY (v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) a ods. 4)

13.1. Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý trvale zabezpečí zachytenie jej obsahu v súlade s požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch.

13.2. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto výzve odporúča verejný obstarávateľ predložiť ako súbory vo formáte pdf.

Pre spracovanie a predloženie ponuky prostredníctvom systému EVO Úradu vlády SR je potrebné mať technické vybavenie uvedené v príručke EVO. Ako súčasť technického vybavenia je potrebné mať k dispozícii program Adobe Acrobat 6x a vyššiu verziu alebo Adobe Acrobat Reader DC, ktorý sa použije pri vyhotovení dokumentov a podpisovaní dokumentov vo formáte pdf. Formát pdf možno vytvoriť napr. z textového dokumentu (doc, rtf a pod.) príslušným SW (napr. PDF creator, Cute PDF Adobe Acrobat a pod.). Ak bude PDF súbor vytvorený z papierovej verzie dokumentu skenovaním, musí byť prevedený na strojovo čitateľný tvar s použitím softvéru na prevod textu z obrázkovej podoby do textovej (OCR softvér, napr. ABBYY FineReader a pod.).

13.3. Uchádzač, ktorý chce predložiť ponuku musí byť v EVO zaregistrovaný.

13.4. Predkladanie ponúk je umožnené len autentifikovaným uchádzačom. V prípade registrácie v EVO sa doručí po odoslaní registrácie uchádzača na jeho e-mail aktivačná linka, ktorú uchádzač musí zaktivovať, aby mohol začať komunikovať v EVO.

13.5. Uchádzač bude v systéme EVO vkladať ponuku ako jeden celok.

13.6. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo Výzve na predkladanie ponúk sa predkladajú v elektronickej podobe ako naskenované originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.

13.7. Po nahratí kompletnej ponuky v novej verzii EVO sa sprievodný list (cover letter) generuje automaticky.

13.8. Ponuka bude vylúčená z hodnotenia, ak bude obsahovať akékoľvek úpravy, dodatky alebo zmeny vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré neboli predmetom vysvetlení/doplnení vydaných verejným obstarávateľom, ako aj v prípade jej neúplného alebo nesprávneho vyplnenia, alebo bude obsahovať podmieňovanie zo strany uchádzača.

13.9. Uchádzač/záujemca má možnosť v systéme EVO svoju ponuku opatriť heslom (šifrou). Ak uchádzač využije možnosť zaheslovania alebo zašifrovania ponuky, je povinný najneskôr v deň otvárania ponúk t. j. sprístupnenia ponúk v systéme EVO doručiť verejnému obstarávateľovi heslo (šifru) pre možnosť otvorenia (sprístupnenia) ponuky v EVO. Pri nedoručení hesla (šifry) bude ponuka uchádzača z vyhodnocovania vylúčená.

14. JAZYK PONUKY

14.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (v slovenskom) jazyku.

14.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov a ponúk predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (slovenskom) jazyku.

15. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená v Euro (€).

15.2. Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna a konečná.

15.3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) navrhovanú cenu uvedie v zložení:

- a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- b) sadzba DPH a výška DPH
- c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

15.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. **Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní čestným vyhlásením.**

15.5. Uchádzač vyplní vyhlásenie o platení, či neplatení DPH (príloha týchto súťažných podkladov).

15.6. Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady a hotové výdavky vynaložené a/alebo zabezpečené pri plnení záväzkov stanovených v zmluvných podmienkach v rozsahu podľa tejto výzvy.

15.7. Maximálna akceptovateľná cena za predmet zákazky: 139 235,- € bez DPH

16. ZÁBEZPEKA

Nevyžaduje sa.

17. OBSAH PONUKY/ JEDNOOBÁLKOVÁ SÚŤAŽ

17.1. Ponuka predložená elektronicky musí obsahovať tieto dokumenty:

- a) Úvodný (titulný) list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuky na predmet zákazky podľa výzvy na predkladanie ponúk.
- b) Zoznam predloženej dokumentácie.
- c) V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
- d) Doklady preukazujúce splnenie podmienok:
 - § 32 ods. 1 písm. e)- doklad, že uchádzač/záujemca má oprávnenie dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce
 - § 32 ods. 1 písm. f), čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
- g) Návrh zmluvy, ktorý nie je možné meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by boli v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk a ani také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak budú ponuky uchádzačov z verejného obstarávania vylúčené. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom,

uchádzačov z verejného obstarávania vylúčené. Návrh zmlúvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

h) Vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami súťaže – vid'. príloha.

i) Vyhlásenie uchádzača o DPH – vid'. príloha.

k) Návrh na plnenie kritériá.

l) Vyplnená tabuľka – OPIS predmetu zákazky, bod „C“

17.2. Požiadavky na formu spracovania dokladov ponuky:

a) Dokumenty tvoriace obsah ponuky musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené fotokópie.

b)

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro (€).

c) Znenie Obchodných podmienok (ktoré sú súčasťou výzvy) nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto súťažným podkladom.

d) Doklady uvedené v bode 17.1. musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

18. NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY

18.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

18.2. Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie a budú zdokumentované na serveri IS EVO, v archivovanej zákazke verejného obstarávateľa.

Časť IV.
PREDKLADANIE PONUKY

19. PREDLOŽENIE PONUKY

19.1. Elektronickú ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý sa zaregistroval v IS ÚVO-EVO. Predložením ponuky uchádzač v plnom rozsahu prijíma všetky podmienky verejného obstarávania uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk.

19.2. Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

20. PREDLOŽENIE PONUKY PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU IS ÚVO EVO

20.1. Ponuka vyhotovená podľa bodu 13 a obsahujúca dokumenty a doklady podľa bodu 17 Pokyny na vypracovanie ponuky podľa súťažných podkladov sa predkladá ako:

- Elektronická ponuka v systéme EVO týkajúca sa splnenia podmienok účasti, splnenia požiadaviek na predmet zákazky a návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.

20.2. Elektronická ponuka uchádzača sa predkladá spolu so „Sprievodným listom“ (CoverLetter.pdf). Sprievodný list bude po vložení ponuky uchádzača do novej verzie EVO ver. 18 už automaticky generovaný informačným systémom.

20.3. Doklady a dokumenty požadované vo výzve na predkladanie ponúk a podľa týchto súťažných podkladov sa budú predkladať v systéme EVO elektronicky. **Vložené doklady a dokumenty u ktorých sa vyžaduje podpis, budú podpísané na originálne vyhotovenom dokumente a následne naskenované, uložené do súboru pdf., a takto vložené do systému.**

20.4. Uchádzač predloží dokumenty a súbory prostredníctvom systému EVO vo formátoch uvedených v príslušných bodoch tejto výzvy na predkladanie ponúk.

20.5. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť ponuku v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

21. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

21.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 19.8.2024 o 8.00 hod.

Po uvedenom čase nebude už uchádzačom umožnené predkladať alebo meniť ponuky.

21.2. Miestom doručenia ponúk je virtuálny priestor zákazky v systéme EVO Úradu vlády SR.

22. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

22.1. Počas lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač v systéme EVO meniť svoju ponuku, respektíve časť svojej ponuky.

Časť V.

OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK

23. OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK

23.1. Otváranie ponúk bude prevedené sprístupnením elektronických ponúk v systéme IS ÚVO EVO a uskutoční sa na adrese: ŠN sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 01 Nitra.

23.2. Pri otváraní ponúk použije verejný obstarávateľ postup platný pre otváranie jednoobáľkovej verejnej súťaže podlimitnej zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.

23.3. Otváranie (sprístupnenie) doručených ponúk sa uskutoční dňa 19.8.2024 o 8:10 hod.

24. PRESKÚMANIE PONÚK

24.1. Verejný obstarávateľ zriadi podľa § 51 na preskúmanie vyhodnotenia ponúk a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti najmenej trojčlennú komisiu.

24.2. Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

- a) obsahujú náležitosti uvedené v bode 17. Obsah ponuky výzvy na predkladanie ponúk.
- b) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo Výzve na predkladanie ponúk.

24.3. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bola vyhlásená súťaž a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v čase predkladania ponuky. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže vylúčené.

24.4. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky, bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. Pri podlimitnej zákazke nie je možné podať námietku.

25. DÔVERNOSŤ PROCESU VYHODNOCOVANIA PONÚK

25.1. Členovia komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 zákona a § 23.

25.2. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Za dôverné informácie na účely tohto zákona je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

25.3. Úspešný uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá, a s ktorým bude uzavretá zmluva, bude povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas plnenia zmluvy resp.

verejného obstarávateľa obdrží, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

26. VYHODNOCOVANIE PONÚK Z HĽADISKA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

26.1. Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitostí ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky.

26.2. Komisia môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky výhradne elektronicky cez IS ÚVO EVO. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

26.3. Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na Predmet zákazky uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a náležitostí ponúk sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje najmä zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku z dôvodov uvedených v § 53 ods. 5 zákona.

26.4. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. **Pri podlimitnej zákazke nie je možné podať námietku.**

26.5. Ak sa pri zadávaní zákazky objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia požiada uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné v zmysle § 53 ods. 2 zákona.

26.6. Komisia zohľadní odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov a bude primerane postupovať v zmysle § 53 ods. 5 zákona. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade ak uchádzač:

a) nedoručí odôvodnenie v určenej lehote

b) predložené vysvetlenie nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.2. týchto súťažných podkladov a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov alebo ak uchádzač poskytol nepravdivé/skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk alebo sa pokúsil neoprávnenie ovplyvniť postup verejného obstarávania.

26.7. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu EÚ, inak verejný obstarávateľ ponuku vylúči.

27. VYSVETĽOVANIE A OPRAVA CHÝB V PONUKÁCH

27.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:

a) rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, platíť bude suma uvedená správne

b) rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny s množstvom, platíť bude jednotková cena

c) preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarky, platíť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny

d) nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek, platíť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.

27.2. O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 zákona a o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou.

28. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

28.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na základe Výzvy na predkladanie ponúk na posúdení splnenia podmienok účasti týkajúcich sa:

a) osobného postavenia podľa § 32 zákona.

28.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:

a) podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona za každého člena skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

28.4. Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať z odkladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk.

28.5. V zmysle § 40 ods. 4 zákona, verejný obstarávateľ cez EVO-ÚVO požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v lehote podľa § 40 ods. 4 zákona do:

a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

28.7. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu ak:

a) nespĺnil podmienky účasti,

b) predložil neplatné doklady, neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,

c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,

d) pokúsil sa neoprávnené ovplyvniť postup verejného obstarávania,

e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,

f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,

g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,

h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,

i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,

j) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,

28.8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25 zákona, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu. Verejný obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytne záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.

28.9. Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e), a f) zákona alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa bodu 28.7 písm. d) až g) a bodu 28.8. tejto výzvy, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.

28.10. Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa tejto výzvy, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.

28.11. Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa tejto výzvy predložené záujemcom alebo uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo uchádzačom považuje verejný obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného obstarávania.

28.12. Uchádzač alebo záujemca z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nevylúči z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.

28.13. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že bol vylúčený s uvedením dôvodu.

29. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

29.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v súlade s § 41 ods. 3 zákona v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje **o všetkých známych subdodávateľoch**, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný uchádzač vyplní prílohu – Uvedenie podielu plnenia zmluvy, ktorá sa stane prílohou zmluvy.

29.2. Úspešný uchádzač je povinný informovať verejného obstarávateľa o zmene údajov o subdodávateľovi, ako aj o zmene subdodávateľa v rámci plnenia zmluvy.

29.3. Zmena subdodávateľa je možná len po predchádzajúcom súhlase verejného obstarávateľa.

Časť VI.
UZAVRETIE ZMLUVY

30. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

30.1. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona.

30.2. Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 30.1. a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk.

30.3. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo hospodárskej súťaži.

31. UZAVRETIE ZMLUVY

31.1. Verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu v lehote viazanosti ponúk alebo v predĺženej lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou uchádzačom.

31.2. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 zákona.

31.3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nemá v registri konečných užívateľov výhod (v registri partnerov verejného sektora po 1.2.2017) zapísaných konečných užívateľov výhod, alebo ktorých subdodávateľia podľa § 56 ods. 16 zákona (bod 31.12 SP), ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.

31.4. Verejný obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, pokiaľ osoby podľa § 33 ods. 2 zákona, ktorých finančné zdroje uchádzač využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo osoby podľa § 34 ods. 3 zákona, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po

dni jej zverejnenia v CRZ v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

31.5. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šesťnásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona.

31.6. V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo námietka, verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy postupuje podľa § 56 ods. 5 až 8 zákona.

31.7. **Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 4 až 9 zákona, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.**

31.8. Úspešný uchádzač, jeho subdodávateľa podľa § 56 ods. 16 zákona (bod 32.12. SP) a jeho osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.

31.9. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 31.7. a 31.8. SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.

31.10. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní alebo ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, ich subdodávateľa podľa § 56 ods. 16 zákona a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona nesplnia povinnosť podľa bodu 32.8. súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.

31.11. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, ich subdodávateľa podľa § 56 ods. 16 zákona a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona, sú povinní splniť povinnosť podľa bodu 32.8. súťažných podkladov a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, **tak aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.**

31.12. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur alebo v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku.

31.13. Povinnosť podľa bodu 31.12. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávateľa.

31.14. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

31.15. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorí je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

31.16. Verejný obstarávateľ je oprávnený neodsúhlasíť ktoréhokoľvek subdodávateľa navrhnutého zo strany úspešného uchádzača, pričom úspešný uchádzač je povinný akceptovať takéto rozhodnutie verejného obstarávateľa. Do doby vyjadrenia písomného súhlasu verejného obstarávateľa so zoznamom subdodávateľov resp. s jednotlivými subdodávateľmi, nie je úspešný uchádzač oprávnený zadať vykonanie predmetu zákazky alebo jeho časti ktorémukoľvek

subdodávateľovi. Úspešný uchádzač je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa.

31.17. Úspešný uchádzač je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a verejným obstarávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný úspešný uchádzač v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí mať oprávnenie dodávať tovar k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ, ktorého plnenie na predmete zákazky je najmenej 50 % z celkového plnenia predmetu zákazky musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 32.12.

31.18. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany verejného obstarávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si verejný obstarávateľ môže overiť sám, vyžiadanim si od úspešného uchádzača potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa ZVO u všetkých subdodávateľov.

31.19. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

31.20. Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) bez nového verejného obstarávania, ak

a) pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia, nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

31.21. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny. (§ 56 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z.)

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je zaregistrovaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2015 Z. z.

32. ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

32.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:

- a) nedostal ani jednu ponuku
- b) ani jeden z uchádzačov alebo záujemcov nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a
- c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených vi výzve
- d) jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávateľa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie

zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách prekročia výšku predpokladanej hodnoty zákazky. (maximálne akceptovateľnej)

Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile odôvodnenie prečo verejné obstarávanie nezrušil.

32.2. Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov a záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

32.3. Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

33. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

33.1. V použítom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podmienkami príslušné ustanovenia zákona a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

„B“

KÚPNA ZMLUVA č. /2024

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Adresa organizácie: Kláštorská 134, 949 88 Nitra
Štatutárny orgán/štatutár: MUDr. Plamen Kabaivanov, riaditeľ
IČO: 37 971 832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
web: <https://www.snzobor.sk>

(ďalej len „kupujúci“)

a

..... [uchádzač doplní obchodné meno spoločnosti]

Adresa organizácie: [doplní uchádzač]
Krajina: [doplní uchádzač]
Zastúpená: [doplní uchádzač]
IČO: [doplní uchádzač]
DIČ: [doplní uchádzač]
IČ DPH: [doplní uchádzač]
Bankové spojenie: [doplní uchádzač]
Číslo účtu: [doplní uchádzač]
IBAN: [doplní uchádzač]
SWIFT: [doplní uchádzač]
E-mail: [doplní uchádzač]
Tel.: [doplní uchádzač]
Fax: [doplní uchádzač]
Internetová adresa: [doplní uchádzač]

(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluva je výsledkom súťaže vyhlásenej kupujúcim ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v platnom znení, na obstaranie podlimitnej zákazky **Dodávka digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om.**

2. Kúpna cena za Predmet plnenia bude financovaná z vlastných zdrojov Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n.o., prostredníctvom lízingovej spoločnosti.

Čl. III. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je dodanie:

C.p.	Názov	Množstvo	
1.	Digitálny RTG prístroj kompatibilný s PACS-om	1 ks	<i>Uchádzač doplní názov, značku, model, typ výrobku, prípadné ďalšie identifikačné údaje]</i>

(ďalej tiež spoločne ako „**tovar**“) vrátane dopravy na miesto dodania, inštalácie, testovania, uvedenia do prevádzky a vykonania preberacej skúšky, preukázania funkčnosti, CE certifikátov, manuálu a potrebnej dokumentácie s popisom technických parametrov v slovenskom alebo českom jazyku a zaškolenia obsluhy, programovania a údržby verejného obstarávateľa (ďalej tiež len „**Predmet plnenia**“) predávajúcim, prevzatie predmetu plnenia a zaplatenie dohodnutej zmluvnej ceny kupujúcim.

2. Pri dodávke a inštalácii nie sú prípustné žiadne stavebné úpravy jestvujúcich priestorov.
3. V prípade, že školenia budú vykonané v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, predávajúci zabezpečí v cene zariadenia tlmočenie do slovenského jazyka.
4. V prípade, ak bude na riadne užívanie Predmetu plnenia nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva predávajúceho alebo tretej osoby predávajúci zabezpečí, že kupujúci nadobudnutím vlastníctva k Predmetu plnenia získa aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene Predmetu plnenia.
5. Podrobná špecifikácia Predmetu plnenia tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

Čl. IV.
Cena a platobné podmienky

1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný Predmet plnenia zmluvnú cenu (ďalej „zmluvná cena“):

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	DPH (sadzba 20%)	Jednotková cena v EUR s DPH	Cena celkom v EUR s DPH
Digitálny RTG prístroj kompatibilný s PACS-om	1 ks				
Cena celkom v EUR bez DPH					
Výška DPH (sadzba 20 %)					
Cena celkom v EUR vrátane DPH					

2. Kupujúci neposkytuje za Predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky zo zmluvnej ceny.
3. Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za dodanie plnenia špecifikovaného v článku III. tejto Zmluvy vznikne predávajúcemu riadnym dodaním Predmetu plnenia v súlade s článkom IV. tejto Zmluvy vrátane súvisiacich služieb, a to v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou.
4. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru minimálne v dvoch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia Predmetu plnenia kupujúcim.
5. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude dní od jej doručenia kupujúcemu. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.
6. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
 - bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód),
 - číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),
 - názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
 - výšku dane spolu v mene EUR,
 - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
 - číslo a názov zmluvy,

**Čl. V.
Miesto dodania**

1. Miesto dodania predmetu zákazky: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra.

**Čl. VI.
Lehota dodania**

1. Termín plnenia: zariadenie bude dodané **do 60 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

**Čl. VII.
Záruka**

1. Záruka na predmet plnenia uvedený v článku III. tejto zmluvy je 24 mesiacov.
2. Počas 24 mesačnej záruky budú vykonané preventívne prehliadky zariadenia ročne, v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.
3. Poskytovanie záručného servisu s nástupom na odstránenie vady do 48 hodín od jej nahlásenia
4. Pri neodstránení vady do 7 dní od nahlásenia vady musí byť zabezpečené zapožičanie náhradného zariadenia s porovnateľnými parametrami.
5. Garancia poskytovania pozáručného servisu a dodávok opotrebitelných dielov po dobu min. 5 rokov po skončení záručnej doby. Služby pozáručného servisu a dodávky náhradných dielov mimo rámca zaručeného servisu nie sú predmetom tejto zákazky

**Čl. VIII.
Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody**

1. Za omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu plnenia alebo jeho časti má kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
2. Za omeškanie kupujúceho so zaplatením zmluvnej ceny má predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť tejto zmluvy a toto porušenie bude mať za následok krátenie NFP, je povinný uhradiť kupujúcemu náhradu škody rovnajúcu sa výške kráteného NFP.

Čl. IX Odstúpenie od Zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, že predávajúci podstatné poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto časti zmluvy, najmä neodovzdanie predmetu Zmluvy v zmysle dohodnutých podmienok riadne, včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok.
2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí zmluvnú cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok.
3. Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy oprávneným účastníkom Zmluvy druhému účastníkovi Zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. X Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.
3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
4. Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia Zmluvy a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie.
6. Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Za kupujúceho

Za predávajúceho

V Nitre, dňa

V dňa

.....
MUDr. Plamen Kabaivanov
riaditeľ

.....
[uchádzač doplní meno
a priezvisko štatutárneho orgánu]

„C“ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

	Digitálny RTG prístroj s montážou do podlahy	Parameter	Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter
Dodávateľ (obch.názov):			
Adresa podnikania:			
IČO:			
Názov produktu:			
Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná		áno	
1	Technická špecifikácia		
	RTG systém montovaný na zem	áno	
	Ototočný stĺp s RTG žiaričom, elevačný stôl s vysokou nosnosťou, vertikálny statív	áno	
	Motorizovaný pohyb RTG statívu (horizontálny/vertikálny) vrátane automatického centrovania RTG lampy na detektor v stole aj vo vertikálnom statíve	áno	
	Možnosť otočenia RTG statívu okolo vlastnej osi v rozsahu 0 až 180 stupňov	ano	
	Pacientský stôl s plávajúcou doskou. Minimálne rozmery dosky stola:	220 x 80 cm	
	Požadovaný rozsah pohybu plávajúcej dosky stola v pozdĺžnom smere:	1200 mm (\pm 600 mm)	
	Požadovaný rozsah pohybu plávajúcej dosky stola v priečnom smere:	260 mm (\pm 130 mm)	
	Požadovaná nosnosť stola v zaparkovanej polohe:	320 kg	
	Požadovaná nosnosť stola pre eleváciu:	250 kg	
	Motorizovaný zdvih RTG stola v rozsahu min 40 cm.	ano	
	Vertikálny statív s pevne zabudovaným alebo vyberateľným detektorom s aktívnou plochou	min. 42 x 42 cm	
	Vzdialenosť centrálného lúča od podlahy pre vertikálny statív v min. rozsah	38 - 200 cm	

Minimálna požadovaná dĺžka vertikálneho pohybu bucky vo vertikálnom statíve	165 cm	
VF generátor		
Výkon generátora	min. 65 kW	
Napájanie 400/480 V \pm 10% trojfázové	áno	
Rozsah kV	40 - 150 KV v 1 kV krokoch	
Rozsah mAs	10 - 1000 mAs	
Rožadovaný počet anatomických programov	min. 1000	
Rozsah expozičných časov min.	0,001 - 6 sekund	
RTG žiarič	áno	
Malé ohnisko s max. veľkosťou 0,6 mm	áno	
Veľké ohnisko s max. veľkosťou 1,3 mm	áno	
Priečny pohyb RTG žiariča v rozsahu min 250 mm (+/- 125 mm)	áno	
Tepelná kapacita anódy RTG anódy	min. 300 KHU	
Rýchlosť otáčok anódy	min. 2500 otáčok/minútu	
Automatický kolimátor	áno	
Vnútorňa filtrácia min. 2 mm hliníka	áno	
Zdroj svetla - LED	áno	
Ďalšie príslušenstvo: meracie pásmo, laserový zameriavací kríž	áno	
DAP meter - merač dopadovej dávky	áno	
AEC - automatická kontrola expozície s tromi meracími komorami	áno	
Detektor wi-fi - v stole	áno	
Aktívna plocha vyberateľného detektora (v patientskom stole)	min. 43 x 43 cm	
Požadované rozlíšenie detektora	3,5 lp/mm	

Veľkosť pixelu	max. 148 µm	
Bitová hĺbka	min. 16 bit	
DQE detektora v stole	min. 65 %	
Zaťaženie detektora plošne	min. 150 kg	
Zaťaženie detektora bodovo	min. 100 kg	
Automatické nabíjanie Wi-Fi detektora v stole	áno	
Výdrž batérie detektora	min. 200 snímok	
Vyberateľný detektor musí mať rukoväť pre bezpečnejšiu manipuláciu s detektorom pri umiestňovaní detektora pod pacienta, prípustný je aj obal detektora s rukoväťou	áno	
Čas zobrazenia snímok bezprostredne po akvizícii (náhľad) u oboch detektorov	max. 4 sekundy	
Čas zobrazenia snímok bezprostredne po akvizícii (full image) u oboch detektorov	max. 8 sekúnd	
Detektor pevne zabudovaný - vo vertikálnom stative	Ano	
Aktívna plocha pevne zabudovaného detektora	min. 43 x 43 cm	
Požadované rozlíšenie detektora	min 3.5lp/mm	
Veľkosť pixelu	max. 148 µm	
Bitová hĺbka	min. 16 bit	
DQE detektora v stole	min. 65 %	
Antirozptyľová mriežka pevná alebo oscilačná	áno	
Musí mať možnosť snímokovania bez použitia mriežky	áno	
Dotykový displej pre ovládanie RTG prístroja umiestnený priamo na držiaku žiariča	min. 8"	
Všetky parametre snímokovania vrátane prídavnej filtrácie musia byť volené automaticky na základe klinického protokolu	áno	

	Ostatné požiadavky		
	Počet APR (anatomických programov)	min. 100	
	Kapacita úložiska akvizičnej stanice	min. 10 000 snímkov	
	Dotykový farebný monitor akvizičnej stanice	min. 24"	
	Svietivosť monitora akvizičnej stanice	min. 250 cd/m ²	
	Operačný systém akvizičnej stanice min. Windows 10 Professional, alebo Linux alebo ekvivalent	áno	
	RAM akvizičného PC	min. 16 GB	
	SSD akvizičného PC	min. 500 GB	
	Príslušná grafická karta	áno	
	Intercom	áno	
	Automatické meranie dávky	áno	
	DICOM výbava: Send/StC, print, Query/Retrieve, Worklist/MPPS, Dose Structured Report	áno	
	Integrácia do existujúceho PACS systému (Tomocon)	áno	
	Sťahovanie softvérových updatov, ako napríklad update kybernetickej bezpečnosti na diaľku alebo za prítomnosti technika, UPS min 1500W	áno	
2	Školenie		
	Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu minimálne však v trvaní dvoch dní, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia	áno	
3	Osobitné požiadavky na plnenie		
	Požadujeme predložiť do dvoch týždňov od účinnosti kúpnej zmluvy technologický projekt	áno	

	Dodávateľ zabezpečí s relevantnú dokumentáciu nevyhnutnú k inštalácií zariadenia; východiskové revízie hlavných prívodov elektrickej energie; protokol o skúške zdroja ionizujúceho žiarenia; rozvádzač k RTG podľa platnej legislatívy	áno	
4	Plná autorizovaná servisná podpora		
	Záručná doba	min. 24 mesiacov	
	Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom	áno	
	Doba odozvy od nahlásenia poruchy	max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní	
	Nástup servisného technika na opravu na mieste	max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní	
	Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov	max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu	
	Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov	max. do piatich pracovných dní od nástupu servisného technika na opravu	
	Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene	áno	
	Preventívna prehliadka a odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene	áno	

<p>V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov</p>	<p>áno</p>	
<p>Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia</p>	<p>áno</p>	
<p>Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje</p>	<p>áno/nie</p>	
<p>Dodávateľ sa zaväzuje demontovať pôvodný RTG prístroj a zlikvidovať ho v zmysle platnej legislatívy. O likvidácii bude vystavený protokol. Dodávateľ tiež vykoná všetky technické úpravy, ktoré si bude vyžadovať umiestnenie nového dodaného RTG prístroja do existujúcich priestorov, v zmysle požiadaviek zadaných v technologickom projekte.</p>	<p>áno</p>	

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
DODANIE A MONTÁŽ

Nazov položky	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	DPH (sadzba 20%)	Jednotková cena v EUR s DPH	Cena celkom v EUR s DPH
Digitálny RTG prístroj kompatibilný s PACS-om	1 ks				

Cena celkom v EUR bez DPH	
Výška DPH (sadzba 20 %)	
Cena celkom v EUR vrátane DPH	

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov).....týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania **„Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PASC-om pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o.“**, ktoré sú určené v o Výzve na predkladanie ponúk a v Súťažných podkladoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy, všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,
- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
- predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto verejnom obstarávaní
- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku
- všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v Súťažných podkladoch porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia tohto verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia
- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania a archivácie dokumentácie k verejnemu obstarávaniu predmetnej zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

- a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v predmetnej verejnej súťaži
- b) neposkytol a neposkytne akékoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky
- c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akékoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
- d) dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.

V.....dňa.....

.....
podpis

Vyhlasenie uchádzača o platení/neplatení DPH

Názov alebo obchodné meno uchádzača:

.....

Adresa alebo sídlo uchádzača:

.....

Vyhlasenie uchádzača

Doľu podpísaný ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že som/nie som platcom DPH.

Vypracoval:.....

Podpis uchádzača:.....

V.....dňa.....

Nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 4

Uvedenie podielu plnenia zmluvy

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Predmet zákazky:

Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má úspešný uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Por.číslo	Hodnota plnenia vyjadrená v % k ponúknutej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu, sídlo, IČO/dátum narodenia	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známe.

Úspešný uchádzač predloží vyplnenú prílohu pri podpise zmluvy .

V.....dňa.....

.....
meno a podpis
štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho
orgánu uchádzača

Pozn. POVINNÉ, ak bude zabezpečovať určitý podiel plnenia zmluvy subdodávateľom.

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno:

Adresa spoločnosti:

IČO:

1)Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnej súťaži na vyhotovenie predmetu :

Vyhlásenej verejným obstarávateľom: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra, IČO 37971832 vo Vestníku č.....zo dňa.....pod značkou.....sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

.....
.....
.....

2)V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím zmluvy v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

3)Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

Vyplní uchádzač podľa Výzvy na predkladanie ponúk

V.....dňa.....

Obchodné meno

Sídlo/miesto podnikania

IČO:

.....
meno, priezvisko, funkcia,
podpis, pečiatka

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:

.....
meno, priezvisko, funkcia,
podpis, pečiatka

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Príloha č. 6 Plná moc

Plná moc pre jedného z členov skupiny, konajúceho za skupinu dodávateľov

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:

1) Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzač/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu).

udeľuje/ú plnomocnenstvo

Splnomocnencovi:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člene skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky: „Digitálny RTG prístroj pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o.“ vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

V.....dňa.....

.....
podpis splnomocniteľa

V.....dňa.....

.....
podpis splnomocniteľa

Splnomocnenie prijímam

V.....dňa.....

.....
Podpis splnomocnenca

vyplní uchádzač podľa Výzvy na predkladanie ponúk

Príloha č. 7

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.**

Uchádzač:

Adresa:

IČO:


Čestne prehlasujeme, že v čase vyhlasovania verejného obstarávania na predmet zákazky:

**„Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om
Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o.“**

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f)
nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V.....dňa.....

.....
Pečiatka, podpis oprávnenej osoby



Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Nemocnica podporníčka zdravia
Vyučbová základňa
Slovenskej zdravotníckej univerzity



Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

„Dodávka a montáž digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om“

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 6 z celkových skutočných nákladov potrebných na obstaranie digitálneho RTG prístroja.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe doručených cenových ponúk od potenciálnych dodávateľov digitálnych RTG prístrojov priemerom cien na:

139 235,00 € bez DPH €,

(slovom: **jednostotridsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsaťpäť eur, 0/00 centov bez DPH).**

Na základe takto určenej výšky predpokladanej hodnoty je táto zákazka podlimitná a bude obstarávaná postupom zadávania podlimitných zákaziek v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. § 108 (novelizovaným zákonom č. 179/2024 Z. z.) a o zmene a doplnení niektorých zákonov cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády SR.

Schválil:

.....
Mgr. Zdenko Svoboda, MBA
ekonomicko-prevádzkový námestník

Vypracovala: D. Gažo
garant verejného obsta

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
- 5 -

V Nitre: 5.8.2024